

구 매 규 격 서

※ 유의사항

- 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
- 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
- 부가세 및 설치비 포함
- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
- 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
- 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	회전식분말혼합기	(주)하나에드텍, 제작	1	약학관 3층 공동기기실1

1. 회전식분말혼합기 / (주)하나에드텍, 제작

가. 규격

- 설계사양
 - 동체 설계 용량 : IBC 10L (옵션 : IBC 5L, 3L, 1L 용기 호환되게 적용)
 - 회전수 : 3~30RPM
 - 재질 : 316L
 - 형상 : 사각형 (상부 커버)
 - 메인 전원 : 220V 2P 60Hz (일반 콘센트 적용)
- IBC 3L
 - IBC 규격 : W150×H210×D150 (mm)
 - 상부, 몸체, 하부 콘 : A240 L316 2mm
 - 상부 커버 클램프 조립형 (원료 투입 및 배출)
 - 상부 커버 가스킷 : 실리콘
 - 구동축 연결 : 304축 + 휠 클램프 (교체 시 편리성 고려)
 - 내, 외부 후처리 : 내부, 외부 폴리싱 연마 Ra 0.6 이하 + 전해연마
- IBC 5L
 - IBC 규격 : W180×H240×D180 (mm)
 - 상부, 몸체, 하부 콘 : A240 L316 2mm
 - 상부 커버 클램프 조립형 (원료 투입 및 배출)
 - 상부 커버 가스킷 : 실리콘
 - 구동축 연결 : 304축 + 휠 클램프 (교체 시 편리성 고려)
 - 내, 외부 후처리 : 내부, 외부 폴리싱 연마 Ra 0.6 이하 + 전해연마
- 구동부(프레임 포함) 및 제어반

가) 구동부

- (1) 구동 기어드 모터 : 400W 3P Max.36RPM
- (2) 베어링 유니트 : UCP307 + SHAFT 40 $\varnothing$ + 실리콘 오일씰
- (3) 구동부 베이스 : 304 12T
- (4) 구동부 베이스 프레임 : 304 50×50
- (5) 프레임 커버 : 304 1.5T 폴리싱

나) 제어반

- (1) 속도제어 : 인버터 적용 (3~30RPM 제어)
- (2) RPM메타 : IBC 회전수 표시 (검교정)
- (3) 타이머 : 설정 시간동안 가동 후 정지 (검교정)
- (4) 정위치 제어 : 센서에 의한 정위치 정지 (타이머 적용 시)
- (5) 안전 웬스 : 센서에 의한 안전 장치
- (6) 알람 : 모터 과부하 및 트립
- (7) 인터락 : 안전웬스 작동 후 모터 기동 가능

나. 구성

- 1) 메인장비 : 1EA
- 2) IBC 3L : 1EA
- 3) IBC 5L : 1EA
- 4) 장비 매뉴얼 및 도면 : 1BOOK
- 5) 추가액세서리
 - 가) IBC 상부 커버 가스킷(실리콘) : 2EA
 - 나) IBC 상부 커버 클램프 : 2EA