구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	LCD 3D프린터	Aidite, Ez Printer F1	2	보건관 3층 치과디지털실습실
2	UV경화기	Aidite, CL-100	2	
3	초음파세척기	Aidite, ZC-050M	2	

1. LCD 3D프린터 / Aidite, Ez Printer F1

가. 규격

1) 장비 크기 : 440 × 400 × 536 mm
2) 장비 중량 : 23 kg
3) LCD 화면 : 10.1인치 16K 고투과율 화면
4) 광원 시스템 : 405 nm COB 광원 + 프레넬 렌즈
5) 출력 영역 : 211 × 118 × 100 mm
6) 해상도 : 15120 × 6230
7) 픽셀 크기 : 14 × 19 μm
8) 적층 두께 : 0.05–0.1 mm
9) 출력 속도 : 최대 35 mm/h
10) 챔버 온도 : 20–35°C
11) 출력 플랫폼 : 퀵 릴리스 구조, 하드 아노다이징 처리 플랫폼
12) 레진 탱크 : 퀵 릴리스 구조, 고온 및 자외선(UV) 내성 릴리스 필름
13) 터치스크린 : 5인치 컬러 화면
14) 파일 형식 : STL, OBJ
15) 데이터 전송 : USB, Wi-Fi
16) 입력 전압 : 100–240 V, 50/60 Hz
17) 정격 소비전력 : 650 W

나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품 (3D Printer Slicing Program 포함)

2. UV경화기 / Aidite, CL-100

가. 규격

1) 장비 크기 : 235 × 235 × 308 mm
2) 장비 중량 : 23 kg
3) 팔레트 크기 : 160 mm
4) 디스플레이 : OLED
5) 조작 방식 : 터치 방식
6) 작동 소음 : ≤ 67 dB
7) 입력 전압 : 100V ~ 240V
8) 파장 : 405 nm
9) 경화 모드 : Model, Guide, Gum, Custom 1, Custom 2, Custom 3

나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

3. 초음파세척기 / Aidite, ZC-050M

가. 규격

1) 초음파 주파수 : 40 KHz
2) 초음파 출력 : 120 W
3) 수조용량 : 4.5 L
4) 세척시간 : 1 ~ 20분
5) 본체크기 : 330 × 180 × 190 mm
6) 수조크기 : 300 × 150 × 100 mm
7) 정격입력 : AC 220V
8) 인증내역 : CE, FCC 인증 획득

나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품