구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	생물안전작업대	비전바이오넥스 ,VS-1400LSNⅡ	4	자연과학관 4층 예비실무실습실
2	무균작업대	비전바이오넥스 ,VS-1400LHN3	1	

1. 생물안전작업대 / 비전바이오넥스 , VS-1400LSNⅡ

가. 특징

1) 공기의 흐름이 필터를 통해 작업대 내부로 들어와 샘플에 의해 오염된 공기가 작업자가 있는 방향이 아닌 Cabinet 내부로 순환되어 필터를 통해 외부로 배출되는 구조의 Bio-Hazard Safety Cabinet
2) 고효율 필터와 저진동 & 저소음 구조
3) 우측 상단에 운전판넬이 위치하여, 조작성 및 작동확인이 용이
4) 청정도가 높은 고효율의 HEPA filter는 Shock Absorber 개폐 방식의 전면케이스 내부에 장착되어 교체가 매우 용이
5) 외부로 배출되는 공기도 설치된 배기 필터를 통해 배출됨으로써 실험실 오염을 방지
6) 분리가능한 작업테이블은 스테인레스 스틸 (SUS 304) 재질로 되어있어 내부청소가 용이하며 오염시 살균도 가능
7) Filter 상태 LED Bar에 의한 사용시간 체크로 HEPA filter 교체시기를 확인 가능
8) UV Timer, Manometer 기본 장착
9) 이동시 편리한 상.하 분리 구조

나. 규 격

1) 형 식 : Bio-Hazard safety type, Class II
2) 크 기 : (내부) 1500 x 640 x 690(H)mm
: (외부) 1680 x 780 x 2045(H)mm
3) 주 조절기 : 터치식 조작버튼, 디지털 마이크로프로세서 조절기
4) 풍 속 : 0.3 - 0.5 m/sec
5) 청정도 : CLASS 100 이하

6) Main filter : Hepa filter (0.3 micron 99.99 %의 효율 filter)
7) 배기 filter : Hepa filter (0.3 micron 99.99 %의 효율 filter)
8) 송풍기 : AS-880D, 2set
9) 차압계 : 0 - 25mmAq
10) 조 명 : 40W 형광등, 1개
11) 살균등 : 40W, 1개
12) 살균등 조절 : 15분,30분,60분 또는 HOLD
13) 재 질 : (작업테이블) 스테인레스 스틸, SUS 304 (분리형)
: (캐비넷) 스틸플레이트 (분체도장)
14) 편의장치 : 콘센트, Gas Faucet, Vacuum Faucet
15) 안전장치 : Door limit alarm, Filter Change Warning
16) 문 : 슬라이딩 강화유리 문
17) 전 원 : 220V, 60Hz, 2.6A



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

2. 무균작업대 / 비전바이오넥스 , VS-1400LHN3

가. 특징

1) 5.3" Color Touch Screen Controller 음성지원
2) 대형작업에 적합한 수평 기류방식-horizontal air flow
3) Hepa Filter 교체시기 확인가능
4) 내부청소가 용이한 Removable Working Table

나. 규격

1) Dimension : IN SIZE) W1500 x D600x H630mm(유리 door 500mm기준)
: OUT SIZE)W1680 x D910 x H1970mm
2) Hepa Filter : 0.3 Micron 99.9% Efficiency
3) Pre Filter : Nylon Material
4) Controller : 5.3" Color Touch Screen Controller 음성지원
5) Door : Sliding Safety Temperad glass Door 5T
6) MATERRIAL : IN)Stainless Steel(SUS 304)1.2T
: OUT)SCP1 1.2T+powder Coating
7) LED Lamp : 20W x 1EA
8) Inflow Velocity : 0.5m/sec
9) Downflow Velocity : 0.3m/sec
10) Manometer : 0~25mmAq
11) UVG Lamp : 40W x 1 EA
12) FAN Motor : AS-880D x 2EA
13) UV Timer : 15,30, 60min or constant
14) Utility : Gas faucet, Air faucet, Power Outlet



15) Safety Device : Door limit Alarm/8" , Filter change Warning
16) Power : 220V,60Hz,2.6A

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품