구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	**설치장소**
1	교합력측정기	㈜지씨코리아, Biteforce Analyzing Set	1	보건관 2층 방사선실습실

1. 교합력측정기 / ㈜지씨코리아, Biteforce Analyzing Set

가. 특징

1) 해당 장비는 환자 구강 상태를 정밀 진단하는 digital 장비로써, Dental Prescale II Film을 환자 구강에서 교합시킨 결과를 전용 Scanner에 scan하여 환자 구강상태에 대한 결과 값을 도출, 정확한 진단에 도움이 되며 환자에게 시각적 자료를 제공함으로써 환자 스스로 본인의 구강상태에 대해서 확인 할 수 있음. 이갈이 환자 및 턱관절 장애 환자를 비롯하여 좌우 교합 balance가 맞지 않는 환자등의 구강 교합상태를 정밀 측정하는 기구임.
2) 턱관절 장애, 이갈이환자 등 교합력에 대한 진단을 요하는 환자를 대상으로 구강내 교합상태를 확인 및 진단.

나. 규격 및 성능

1) 환자 구강내 평균압 / 최대압 출력 (0Mpa ~ 120Mpa)
2) 환자 구강 절대 교합력 출력 (N)
3) 환자 구강내 교합력 접촉면적 출력
4) 환자 data 누적 비교
5) Scanning 선택 범위에 대한 전체대비 선택범위 % 출력
6) 환자 교합력 좌우 balace 확인
7) 구강내 교합력의 중심점 확인

다. 구성

1) Bite Force Analyzing Set (인증키, Positioning Sheet, Calibraiton sheet, 전용 program 설치 CD)
2) Dental Prescale II (40ea/1set)
3) Biteforce 전용 Scanner

교합력 분석 소프트웨어

Bite Force Analyzing Set



■ BITE FORCE ANALYZER(소프트웨어)작동환경

OS : Windows 7/8/8.1/10(각 OS 32/64Bit판)
프로그램 : Microsoft.Net Framework 4.0이상 필수
CPU : Intel i3이후
메모리 : 2GB이상
디스플레이 : 최저 해상도 800×600 이상
USB포트 (2개) : USB1.1/2.0/3.0
CD-ROM드라이브
※위의 작동환경을 충족하고 있어도 모든 컴퓨터에서의 작동을 보증하지는 않습니다.

포장● BITE FORCE ANALYZER 소프트웨어 CD 1장, 라이센스 동글 1개, 캘리브레이션 시트 1장, 위치 결정 템플릿 1장, "DENTAL PRESCALE II 의 사용방법" 매뉴얼

교합력 측정 시스템용 필름

DENTAL PRESCALE II



■ 사이즈



사이즈●3종 : S,M,L
포장●1상자 : 40장 재사용 금지

전용 스캐너(Prescale II 전용)

