# 구 매 규 격 서

**※ 유의사항**

**1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)**

**2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.**

**2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]**

- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
- **사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
- **사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**

**3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함**

**4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름**

**5. 부가세 및 설치비 포함**

**6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가**

| 번호 | 물품명칭 | 기준모델(제조사, 모델명) | 전체 수량 | 세부수량 | **설치장소(보건관)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광학식치아우식 진단장치 | ㈜아이오바이오, Qraycam Pro | 4 | 2 | 2층, 예방치의학실습실 |
| | | | | 1 | 3층, 치과디지털실습실 |
| | | | | 1 | 2층, 스켈링실습실 |
| 2 | 치과용조명기 | ㈜아이오바이오, Qscan plus | 23 | 7 | 2층, 예방치의학실습실 |
| | | | | 8 | 3층, 치과디지털실습실 |
| | | | | 8 | 2층, 스켈링실습실 |

## 1. 광학식치아우식진단장치 / ㈜아이오바이오, Qraycam Pro

### 가. 특징

1) FACE(Fluorescence aided caries excavation: 형광보조 우식발굴)를 이용하여 의사가 치아의 우식 부위를 구별할 수 있도록 도와주는 제품으로 405nm 파장의 빛을 치아에 조사하면 우식이 있는 치아 부위에 있는 세균이 해당 빛을 받아 붉은 형광을 나타내고, 이를 필터가 부착된 카메라 렌즈를 통해 외부 모니터 화면에서 실시간으로 확인할 수 있다.

2) 기허가 또는 기인증된 의료영상전송저장장치 또는 치과용 영상전송장치 소프트웨어에 연결되어 사용되며, 해당 프로그램의 화면을 통해 이미지가 표시된다. 본 제품에는 구강상태를 진단하는데 도움을 줄 수 있는 소프트웨어가 제공되며, 이 소프트웨어는 Blue light로 촬영한 이미지를 이용하여 치아의 붉은 형광 면적 비율 및 형광 소실 정도를 측정하여 수치화한다

### 나. 규격 및 성능

1) 전기적 정격

가) 본체 : 12Vdc, 1.7A

나) 어댑터 : 100-240Vac, 50/60Hz, 1.2A

2) 전기 충격에 대한 보호형식 및 보호정도에 의한 분류 : 2급기기, B형 장착부

3) 안전장치 : On/Off 스위치를 누르면 환자 이상 시 제품 동작을 멈추게 한다

4) 촬영 모드

가) White LED 촬영

- White LED (4ea)
- LED 출력(Normal:전치촬영): 12V 540mA(Max:6.48W)
- LED 출력(Back:구치촬영): 12V 600mA(Max:7.20W)
- 출력형태: PWM 연속출력(LED 출력 가변가능)

나) UV LED 촬영

- UV LED (12ea)
- LED 파장 : 395 ~ 410nm③ LED 출력(Normal:전치촬영): 12V 1,420mA(Max:17.01W)
- LED 출력(Back:구치촬영): 12V 1,720mA(Max:20.60W)
- 출력형태: PWM 연속출력(LED 출력 가변가능)

5) 렌즈

가) ONE PUSH 자동초점 5cm ~ 20cm 영상이 식별가능하도록 초점을 자동보정하는 기능.

나) 구치촬영 모드 시 수동으로 초점거리 설정 기능( 3단계 : 15cm, 14cm, 13cm)

6) 절전기능: 1분 30초 동안 동작이 없으면 자동 전원 종료

### 다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품




## 2. 치과용조명기 / ㈜아이오바이오, Qscan plus

### 가. 특징

1) 치과병의원 및 가정에서 간편하게 구강을 4개의 LED조명을 통하여 집중적으로 치아 구석구석 체크할 수 있는 의료기기
2) 외부빛을 막아주는 후드 적용으로 구강상태를 용이하게 관찰 가능
3) 1분30초 후 전원의 자동 OFF기능이 있어서 조명 및 배터리 손실 감소 가능

### 나. 규격

1) 본체 크기 : 149.34 x 61.6 mm
2) 무게 : 115.23g
3) LED : 405nm 4ea LED
4) 배터리 전압 : 3.7V
5) 용량 : 780Mah
6) 배터리 무게 : 14.95g

### 다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

