

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 2-1. 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 부가세 및 설치비 포함
5. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	포터블엑스레이	POSDION, REXTAR-X	1	치의관 3층 학생종합진료실
2	디지털센서	CARESTREAM DENTAL, RVG6200	1	
3	방사선차폐막	다원메디케어, X-RAY 차폐막	1	

1. 포터블엑스레이 / POSDION, REXTAR-X

가. 특징

- 1) 가볍고 이동이 편리한 이동식 엑스레이 시스템으로 충전후 300회 촬영이 가능하며 조작 및 환자 포지셔닝이 용이함
- 2) 빠르고 손쉽게 작동 및 촬영 가능하고 조사각을 정확히 컨트롤이 가능함
- 3) 고출력 도시바 튜브를 사용하여 엑스레이 선량을 최소화할 수 있고 고출력으로 엑스레이 투과력이 높음

나. 규격

- 1) 배터리 전압 : 11V(Lithium-Ion Polymer)
- 2) 튜브 전압전류 : 70kv / 2mA(Toshiba D-041)
- 3) 초점 사이즈 : 0.4mm(CEI)
- 4) 초점에서 촬영거리 : 200mm
- 5) 총여과량 : 1.5mm AL
- 6) 입력전원 : 19V DC 3.16A
- 7) 장비 사이즈(L×D×H, mm) : 146×155×139
- 8) 중량 : 1.6kg



다. 구성

- 1) X-ray 제너레이터 Unit : 1 EA
- 2) 충전기 및 Cone (콘) 약세사리 : 1 EA
- 3) 가방 : 1 EA
- 4) 제조인증서 및 사용자 매뉴얼 : 1COPY

라. 비교

- 1) 무상보증 2년

2. 디지털센서 / CARESTREAM DENTAL, RVG6200

가. 특징

- 1) 구강 촬영이 가능한 디지털 센서이며 우수한 진단을 위한 성능과 기술을 제공함
- 2) RVG 기술과 CS Adapt 이미지 처리 소프트웨어는 고품질 이미지로 24lp/mm 이상의 높은 해상도를 제공함

나. 규격

- 1) 센서타입 : Super CMOS (Ultra-High Resolution)
- 2) 규격 : Standard Size#2(성인용)
- 3) 해상도 : 24 LP/mm 이상
- 4) 픽셀크기 : 19 microns
- 5) 외관크기 : 32.2mm × 44.2mm
- 6) 유효촬영면적 : 26.6mm × 35.5mm
- 7) 센서두께 : 7.3mm
- 8) 이미지 심도 : 4096 levels(12bits)



다. 구성

- 1) 센서 본체 : 1EA
- 2) Toothbrush : 1SET
- 3) 센서 걸이 : 1EA
- 4) 제조인증서 및 사용자 매뉴얼 : 1COPY

라. 비교

- 1) 무상보증 2년

3. 방사선차폐막 / 다원메디케어, X-RAY 차폐막

가. 특징

- 1) X-RAY 피폭시 발생하는 2차 X-RAY를 방어하기 위한 칸막이 벽타입이며 특수제작되어 허가된 구역에서 이동하며 사용 가능

나. 규격

- 1) 크기 : 900 × 1,800mm
- 2) 두께 : 22mm
- 3) 무게 : 약 15kg
- 4) 형태 및 색상 : 스탠드 타입 / 백색

다. 구성

- 1) 차폐막 본체 : 1 EA
- 2) 이동식 바퀴 : 1 SET

