TALLO DE REVISIÓN

M-VIZION

SISTEMA FEMORAL MODULAR NO CEMENTADO



CONFIGURACIÓN PROXIMAL Y DISTAL INDEPENDIENTE

MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFESIONALES DE LA SALUD

01 — ARQUITECTURA MODULAR

Dos componentes. Una reconstrucción adaptable.

El sistema combina un cuerpo proximal y un tallo distal de aleación de titanio. La unión cónica y el tornillo definitivo completan el bloqueo modular.



01 CUERPO PROXIMAL

Define altura, diámetro, offset y anteversión.

02 TALLO DISTAL

Aporta fijación axial y rotacional a presión.

03 BLOQUEO

Acople cónico más tornillo definitivo con torque.

CON ORIFICIOS O SIN ORIFICIOS


Versiones proximales con o sin tres orificios para complementar la fijación trocantérica mediante cables.

02 — RECONSTRUCCIÓN PROXIMAL

Control proximal en múltiples variables

La modularidad permite seleccionar cada cuerpo según la anatomía y la estabilidad obtenida durante la prueba.

132°
ÁNGULO CCD



20 mm
DIÁMETRO

24 mm
DIÁMETRO

28 mm
DIÁMETRO

32 mm
DIÁMETRO

ALTURAS PROXIMALES

40–90 mm

incrementos de 10 mm

STD

offset 37 mm

LAT

offset 43 mm

MISMA FAMILIA DE ALTURAS

03 — FIJACIÓN DISTAL

Tres longitudes. Diámetro progresivo.

El tallo distal se selecciona de forma independiente para buscar contacto cortical y estabilidad primaria.



RANGO DISTAL

140 mm	180 mm	220 mm
LONGITUD	LONGITUD	LONGITUD

DIÁMETROS	INCREMENTOS
12–28 mm	1 mm

ALEACIÓN	Titanio
FIJACIÓN	No cementada
PREPARACIÓN	Fresado manual

SELECCIÓN INTRAOPERATORIA

La selección definitiva depende de la calidad ósea y de la estabilidad axial y rotacional obtenida.

04 — PRUEBA Y AJUSTE

Verificar antes del bloqueo definitivo

El cuerpo proximal de prueba permite corregir anteversión, offset y longitud antes de elegir el implante definitivo.

CUERPO PROXIMAL DE PRUEBA

La camisa plástica permite probar sobre el cono distal sin dañar la unión.



01

SELECCIÓN

Altura, diámetro y versión proximal.

02

ORIENTACIÓN

Ajuste de anteversión sobre el tallo distal.

03

REDUCCIÓN

Movilidad, estabilidad y longitud del miembro.

MOVILIDAD · ESTABILIDAD
OFFSET · LONGITUD

05 — ENSAMBLAJE Y BLOQUEO

Ensamblaje sobre mesa con control de torque

La alternativa extracorpórea organiza el acople del cuerpo proximal y el tallo distal antes de la implantación.



01 — POSICIONAR

Elegir el inserto del tamaño distal.

02 — ACOPLAR

Unir los componentes sobre la mesa.

03 — APLICAR TORQUE


Confirmar el clic con contratorque.

04 — BLOQUEAR

Colocar el tornillo definitivo.

TORNILLO DEFINITIVO

NO REUTILIZAR UN TORNILLO QUE YA FUE AJUSTADO



SISTEMA FEMORAL MODULAR
DE REVISIÓN

Una plataforma para reconstrucción compleja

01 **MODULARIDAD**

Selección proximal
y distal independiente.

02 **CONFIGURACIONES**

Alturas, diámetros
y offsets combinables.

03 **FLUJO CONTROLADO**

Prueba, acople
y bloqueo por torque.

Consultá la técnica quirúrgica completa

M-Vizion Surgical Technique · Ref. 99.66.12 · REV. 06

Descargá la ficha completa →

DIRECCIÓN

Corrientes 781
Resistencia, Chaco (3500)

INSTAGRAM

@chacoimplanteok

Medacta International