


PLAN DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y METROLOGÍA

DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS			Código: FAME-IC-DH01
,,			Partes principales
#	Nombre	Características o Sub-elementos	Equipo
1	Termocupla	Se encarga de transformar la señal análoga de temperatura en una señal digital misma que pueda ser comprendida por el controlador	
2	Controlador de temperatura analógico HY2000	Dimensión: 96 X 96 X 104 Tipo de control: Control proporcional Entrada: K termopar Salida de control: Relé Tipo de entrada: K, J,Pt100Ω Alcance (°C): 0~400 Voltaje de la energía:110/220 Va.c (50/60 Hz) Consumo de energía: 2 VA Recibe la señal de la termocupla y lo compara con un valor preestablecido por el operario denominado "setpoint".	100 60 100 C 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3	Contactor	2 Contactores; Marca: LG GMC-12 Voltaje 110 / 220 V AC # Polos: 3; Frecuencia: 60Hz Amperios: 32A; Potencia: AC 37.5 Kw Regula la temperatura conectando o desconectando las resistencias eléctricas del horno de secado de tal manera que se aumenta o disminuye ya la temperatura según se requiera	Company of the Compan
4	Chimenea	Permite la salida de vapor de agua por la parte superior del deshidratador	
5	Botonera	Realizan la función de encendido o apagado del sistema	
6	Resistencias	Estas permitirán elevar la temperatura del producto	
7	Lámpara	Muestra de mejor manera el proceso Voltaje: 110v	
8	Rejillas sujetadoras	Permiten sostener las bandejas para el producto a procesar	



PLAN DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y METROLOGÍA





PLAN DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y **METROLOGÍA**

Código: FAME-IC-CI01 **DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS** Diagrama de proceso Función Descripción Control **Proceso** Conectar deshidratador a la Conectar los equipos a Máquina mediante alimentación 110V las fuentes necesarias aplicación del control se Conectar según el voltaie para a obtienen la indicado respectivos deshidratación de tomacorrientes productos debidamente Encender el equipo tratados sin cambiar sus Verificar que el Encender mediante propiedades controlador de deshidratador pulsadores temperatura estén organolépticas. conectados de forma correcta Seguridad Analizar la Analizar el sistema temperatura control Verificar la de Utilice el banco con temperatura ideal termocupla este prudencia mucha otorgando para el producto la exclusivamente dentro según temperatura real. SHS Cargar el equipo propiedades delos parámetros para lo con el producto que fue diseñado Cargar el equipo con Tener en cuenta que la el producto elegido termocupla se puede Del mismo modo no hay (banano, uvilla etc) desconectar y no dar que exceder el voltaje de señales correctas al set red especificado en la point. unidad de alimentación Espere durante de corriente (110 VCA). determinado tiempo ni en los variadores que se estableció en el internos de voltaje. set point Εl tiempo Alcanzar Alcanzar la ponga No en deshidratación deshidratación funcionamiento el banco depende del tipo de completa sin estar seguro de haber producto con el q se esté trabajando entendido todos los detalles de uso del Tomar las lecturas de Controlar los rangos Descarga de mismo. producto que se desee obtener práctica para en el set point. evaluar resultados No moje las partes eléctricas v electrónicas Deiar que la chimenea Apagar los equipos y que al se encargue de extraer mínimo ya desconectar el vapor extraído del contacto con el líquido alimentación del producto, dejar que el habrá daños en deshidratador producto se enfrié circuitos de control. Apagar automáticamente sin quipos y necesidad de abrir el equipo para no alterar Operación manual sus propiedades. Operación Fin

Control al 100%