

# เครื่องวัดความชื้น KU72-PADDY สำหรับข้าวเปลือก

ได้รับการรับรองจาก สำนักชั่งตวงวัด  
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
สามารถนำไปใช้ในการวัดความชื้นเพื่อ  
การกำหนดราคาซื้อ-ขายข้าวเปลือกได้



คุณสมบัติทางเทคนิค

- 1) ชื่อเครื่องหมายเลขการค้าของผู้ผลิต : Grainsure
- 2) รุ่นและแบบของเครื่องวัด : KU72-PADDY
- 3) พิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องวัด : 35%
- 4) ปริมาณข้าวโพดตัวอย่างที่ใช้วัดอัตราความชื้นในแต่ละครั้ง : 280 มิลลิลิตร
- 5) พิสัยการวัดของเครื่องวัด : 10 – 35%
- 6) พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัด : 10 – 45 °C
- 7) สามารถวัดและแสดงอุณหภูมิของเมล็ดที่ทดสอบ ความละเอียดทศนิยม 0.1 °C
- 8) ขดเชยค่าความชื้นจากผลของอุณหภูมิ : แบบอัตโนมัติตั้งแต่ 10-45 °C
- 9) หลักการวัดความชื้น : Capacitance
- 10) ใช้วัดความชื้น : ข้าวเปลือก
- 11) หน่วยความจำ : RAM และ EEPROM
- 12) แสดงค่าความชื้นเฉลี่ย : ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 ตัวอย่าง
- 13) แสดงค่าจำนวนครั้งที่วัดได้ด้วย สูงสุด 99 ครั้ง
- 14) นับจำนวนครั้งและคำนวณค่าเฉลี่ยที่วัดมาแล้วอัตโนมัติ
- 15) สามารถลบค่าเฉลี่ยและจำนวนครั้งที่วัดมาแล้ว
- 16) การปรับแต่ง : ไม่สามารถทำได้(ทำได้ที่ผู้ผลิตเท่านั้น)
- 17) ตรวจสอบการทำงานอัตโนมัติ : เครื่องจะแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน  
เครื่องผิดปกติหรือเมื่อผู้ใช้งานผิดพลาดได้ด้วย
- 18) พลังงาน : ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ 1 ก้อน
- 19) ขนาดตัวเครื่อง(กxขxล) 116 x 120 x 150 มม.

  
**GRAINSURE**

บริษัท เกรนซัวร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)  
77/58 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน  
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
โทร.02-921-5558 โทรศัพท์มือถือ 081-611-9016  
<http://www.grain-sure.com/>



รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกล  
โทร.081-6119016



@grainsure