QUALITY CONTROL PERU S.A.C.	FICHA DE IDENTIFICACION DE EQUIPO	Codigo: F-GCA-04.03
		Version: 00
		Fecha: 2019-01-15

1. DESCRIPCION

NOMBRE DE EQUIPO :	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	
MARCA :	**MODELO:**	**CODIGO:**
BOECO GERMANY	No especifica	**QCP-T-011**
CLASE DE EXACTITUD:	**INTERVALO DE INDICACION:**	**SERIE:**
No indica	-50 ° C a 70 ° C / 10 %HR a 99 %HR	No especifica
Nº DE CERTIFICADO	**FECHA DE CALIBRACION:**	**VIGENCIA DE CALIBRACION : 12-08-2027**
CLC-1520-003-25	**12/08/2025**	**VIGENTE**

2. UBICACIÓN

ÁREA O SECCIÓN:	RESPONSABLE:	FECHA DE ACTUALIZACION
Laboratorio de Quality Control Peru S.A.C	Renzo Garcia / Sergio Gutierrez	21/08/2025

3 HISTORICO

Fecha	A	Resultado	Responsable	Observaciones
10/02/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
21/02/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
12/03/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
12/06/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
03/08/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
12/08/2025	**Calibracion Externa** **CLC-1520-003-25 - Elicrom**	**Conforme**	R.G.	Calibración externa conforme (certificado CLC-1520-003-25, Elicrom); el equipo mantiene su aptitud metrológica.
21/08/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia

Nota:
Evidencias de Mantenimeintos en file de equipo

Renzo José García Lapa
Jefe de Laboratorio
QUALITY CONTROL PERU S.A.C.