| QUALITY CONTROL PERU S.A.C. | FICHA DE IDENTIFICACION DE EQUIPO | Codigo: F-GCA-04.03 |
|---|---|---|
| | | Version: 00 |
| | | Fecha: 2019-01-15 |

## 1. DESCRIPCION

| NOMBRE DE EQUIPO : | TERMOMETRO MULTICANAL CON 10 SENSORES TERMOPARES TIPO J |
|---|---|

| MARCA : | MODELO: | CODIGO: |
|---|---|---|
| FLUKE | 2640A | **QCP-T-002** |
| **CLASE DE EXACTITUD:** | **INTERVALO DE INDICACION:** | **SERIE:** |
| 0,8 ° C | (-200 a 800) ° C | No indica |
| **Nº DE CERTIFICADO** | **FECHA DE CALIBRACION:** | **VIGENCIA DE CALIBRACION : 31-10-2026** |
| **LT-1061-2024** | **31/10/2024** | **VIGENTE** |

## 2. UBICACIÓN

| ÁREA O SECCIÓN: | RESPONSABLE: | FECHA DE ACTUALIZACION |
|---|---|---|
| Laboratorio de Quality Control Peru S.A.C | Renzo Garcia / Sergio Gutierrez | 06/05/2025 |

## 3 HISTORICO

| Fecha | A | Resultado | Responsable | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| **31/10/2024** | **Calibracion Externa**<br>**LT-1061-2024 - SAT S.A.C** | **Conforme** | R.G. | Calibración externa conforme (certificado LT-1061-2024, SAT S.A.C); el equipo mantiene su aptitud metrológica. |
| **05/02/2025** | **Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento** | **Conforme** | R.G. | Equipo operativo con certificacion al dia |
| **04/05/2025** | **Comprobacion Intermedia** | **Conforme** | R.G. | Comprobación intermedia con resultado conforme; el equipo mantiene su aptitud metrológica entre calibraciones. |
| **06/05/2025** | **Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento** | **Conforme** | R.G. | Equipo operativo con certificacion al dia |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Nota:**
**Evidencias de Mantenimeintos en file de equipo**

Renzo José García Lagos
Jefe de Laboratorio
QUALITY CONTROL PERU S.A.C.