QUALITY CONTROL PERU S.A.C.	FICHA DE IDENTIFICACION DE EQUIPO	Codigo: F-GCA-04.03
		Version: 00
		Fecha: 2019-01-15

1. DESCRIPCION

NOMBRE DE EQUIPO :	TERMOMETRO DE PRECISION DIGITAL	
MARCA :	**MODELO:**	**CODIGO:**
DOSTMANN	P795	**QCP-T-007**
CLASE DE EXACTITUD:	**INTERVALO DE INDICACION:**	**SERIE:**
± 0,1 ° C	(-200 a 850) ° C	79518080494
Nº DE CERTIFICADO	**FECHA DE CALIBRACION:**	**VIGENCIA DE CALIBRACION : 12-08-2027**
CLC-1520-004-25	**12/08/2025**	**VIGENTE**

2. UBICACIÓN

ÁREA O SECCIÓN:	RESPONSABLE:	FECHA DE ACTUALIZACION
Laboratorio de Quality Control Peru S.A.C	Renzo Garcia / Sergio Gutierrez	15/04/2026

3 HISTORICO

Fecha	A	Resultado	Responsable	Observaciones
15/01/2025	**Comprobacion Intermedia**	**Conforme**	R.G.	Comprobación intermedia con resultado conforme; el equipo mantiene su aptitud metrológica entre calibraciones.
19/03/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
15/04/2025	**Comprobacion Intermedia**	**Conforme**	R.G.	Comprobación intermedia con resultado conforme; el equipo mantiene su aptitud metrológica entre calibraciones.
12/08/2025	**Calibracion Externa** **CLC-1520-004-25 - Elicrom**	**Conforme**	R.G.	Calibración externa conforme (certificado CLC-1520-004-25, Elicrom); el equipo mantiene su aptitud metrológica.
20/03/2026	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
15/04/2026	**Comprobacion Intermedia**	**Conforme**	R.G.	Comprobación intermedia con resultado conforme; el equipo mantiene su aptitud metrológica entre calibraciones.

Nota:
Evidencias de Mantenimeintos en file de equipo

Renzo José García Lagos
Jefe de Laboratorio
QUALITY CONTROL PERU S.A.C.