



**Codigo: F-GCA-04.03**

Version: 00

Fecha: 2019-01-15

## 1. DESCRIPTION

**NOMBRE DE EQUIPO :** TERMOMETRO MULTICANAL CON 10 SENSORES TERMOPARES TIPO J

|                     |                          |                                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| MARCA :             | MODELO:                  | CODIGO:                              |
| FLUKE               | 2640A                    | <b>QCP-T-002</b>                     |
| CLASE DE EXACTITUD: | INTERVALO DE INDICACION: | SERIE:                               |
| 0,8 ° C             | (-200 a 800) ° C         | No indica                            |
| Nº DE CERTIFICADO   | FECHA DE CALIBRACION:    | VIGENCIA DE CALIBRACION : 31-10-2026 |
| <b>LT-1061-2024</b> | <b>31/10/2024</b>        | <b>VIGENTE</b>                       |

## 2. UBICACIÓN

|                                           |                                 |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| ÁREA O SECCIÓN:                           | RESPONSABLE:                    | FECHA DE ACTUALIZACION |
| Laboratorio de Quality Control Peru S.A.C | Renzo Garcia / Sergio Gutierrez | 06/05/2025             |

### 3 HISTORICO

[illegible]

**Nota:**

### Evidencias de Mantenimeintos en file de equipo

  
Renzo José García Laguna  
Jefe de Laboratorio  
QUALITY CONTROL PERU S.A.C.



Escanee el QR para verificar este certificado