| QUALITY CONTROL PERU S.A.C. | FICHA DE IDENTIFICACION DE EQUIPO | Codigo: F-GCA-04.03 |
|---|---|---|
| | | Version: 00 |
| | | Fecha: 2019-01-15 |

## 1. DESCRIPCION

| NOMBRE DE EQUIPO : | TERMOMETRO DIGITAL |
|---|---|

| MARCA : | MODELO: | CODIGO: |
|---|---|---|
| FLUKE | 1524 | **QCP-T-018** |
| **CLASE DE EXACTITUD:** | **INTERVALO DE INDICACION:** | **SERIE:** |
| 0,015 ° C | (-50 a 200) ° C | 3490482 |
| **Nº DE CERTIFICADO** | **FECHA DE CALIBRACION:** | **VIGENCIA DE CALIBRACION : 25-04-2027** |
| **LT-097-2025** | **25/04/2025** | **VIGENTE** |

## 2. UBICACIÓN

| ÁREA O SECCIÓN: | RESPONSABLE: | FECHA DE ACTUALIZACION |
|---|---|---|
| Laboratorio de Quality Control Peru S.A.C | Renzo Garcia / Sergio Gutierrez | 28/10/2025 |

## 3 HISTORICO

| Fecha | A | Resultado | Responsable | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| **28/01/2025** | **Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento** | **Conforme** | R.G. | Equipo operativo con certificacion al dia |
| **18/04/2025** | **Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento** | **Conforme** | R.G. | Equipo operativo con certificacion al dia |
| **25/04/2025** | **Calibracion Externa**<br>**LT-097-2025 - INACAL** | **Conforme** | R.G. | Calibración externa conforme (certificado LT-097-2025, INACAL); el equipo mantiene su aptitud metrológica. |
| **28/04/2025** | **Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento** | **Conforme** | R.G. | Equipo operativo con certificacion al dia |
| **24/10/2025** | **Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento** | **Conforme** | R.G. | Equipo operativo con certificacion al dia |
| **28/10/2025** | **Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento** | **Conforme** | R.G. | Equipo operativo con certificacion al dia |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Nota:**
**Evidencias de Mantenimeintos en file de equipo**

Renzo José García Lapa
Jefe de Laboratorio
QUALITY CONTROL PERU S.A.C.