QUALITY CONTROL PERU S.A.C.	FICHA DE IDENTIFICACION DE EQUIPO	Codigo: F-GCA-04.03
		Version: 00
		Fecha: 2019-01-15

1. DESCRIPCIÓN

NOMBRE DE EQUIPO :	TERMOMETRO MULTICANAL

MARCA :	MODELO:	CODIGO:
FLUKE	2640A	**QCP-T-001**
CLASE DE EXACTITUD:	**INTERVALO DE INDICACION:**	**SERIE:**
0,8 ° C	(-200 a 800) ° C	7248413
Nº DE CERTIFICADO	**FECHA DE CALIBRACION:**	**VIGENCIA DE CALIBRACION : 17-04-2028**
CLC-0415-006-26	**17/04/2026**	**VIGENTE**

2. UBICACIÓN

ÁREA O SECCIÓN:	RESPONSABLE:	FECHA DE ACTUALIZACION
Laboratorio de Quality Control Peru S.A.C	Renzo Garcia / Sergio Gutierrez	17/04/2026

3 HISTORICO

Fecha	A	Resultado	Responsable	Observaciones
30/10/2024	**Calibracion Externa** **LT-1058-2024 - SAT S.A.C**	**Conforme**	R.G.	Calibración externa conforme (certificado LT-1058-2024, SAT S.A.C); el equipo mantiene su aptitud metrológica.
31/01/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
02/05/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
03/05/2025	**Comprobacion Intermedia**	**Conforme**	R.G.	Comprobación intermedia con resultado conforme; el equipo mantiene su aptitud metrológica entre calibraciones.
30/07/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
15/08/2025	**Comprobacion Intermedia**	**Conforme**	R.G.	Comprobación intermedia con resultado conforme; el equipo mantiene su aptitud metrológica entre calibraciones.
25/10/2025	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
13/11/2025	**Comprobacion Intermedia**	**Conforme**	R.G.	Comprobación intermedia con resultado conforme; el equipo mantiene su aptitud metrológica entre calibraciones.
23/01/2026	**Mantenimiento Preventivo según Programa de Mantenimiento**	**Conforme**	R.G.	Equipo operativo con certificacion al dia
11/02/2026	**Comprobacion Intermedia**	**Conforme**	R.G.	Comprobación intermedia con resultado conforme; el equipo mantiene su aptitud metrológica entre calibraciones.
17/04/2026	**Calibracion Externa** **CLC-0415-006-26 - Elicrom**	**Conforme**	R.G.	Calibración externa conforme (certificado CLC-0415-006-26, Elicrom); el equipo mantiene su aptitud metrológica.

Nota:
Evidencias de Mantenimeintos en file de equipo

Renzo José García Lega
Jefe de Laboratorio
QUALITY CONTROL PERU S.A.C.