

골밀도 검사 안내

DEXA 골밀도 검사는 저선량 X-선으로 요추(L1~L4)와 대퇴골 경부의 뼈 강도를 측정해 골다공증을 조기에 진단하는 표준 검사입니다.

검사 한눈에 보기


소요 시간
10~15
분

칼슘제
24h
전부터 중단

금식
불필요
평소대로 식사

방사선량
1/10
흉부 X-ray의

측정 부위와 검사 자세



파란 영역 = 요추 L1~L4 + 대퇴골 경부



무릎 쿠션 위에서 10~15분 누운 자세

검사 전·당일 체크리스트

검사 전 피할 것

칼슘제·종합비타민 24시간 중단 — 척추 영상에 비쳐 결과 왜곡
위장조영(바륨) 후 1~2주 회피 — 잔류 조영제로 측정값 흐림
같은 날 CT 조영제 검사 금지
임신 가능성 미리 알리기 — X-선 노출 평가

검사 당일 준비


편한 옷차림 — 금속 단추·지퍼·와이어 브래지어 피하기
금속 액세서리 제거 — 목걸이·허리띠·열쇠
평소 복용약 그대로 — 혈압·갑상선약 중단 X
인공관절·척추 수술력 알리기

권고 대상자와 결과 해석 (T-score)

이런 분께 권고됩니다

65세 이상 여성, 70세 이상 남성
폐경 후 여성 — 저체중·가족력·흡연 시 65세 이전
장기 스테로이드 복용 — 3개월 이상
가벼운 외상으로 골절 경험
갑상선항진증·만성 신질환

T-SCORE 분포와 해석



≥ -1.0 정상 · 추적 2~5년 간격
-1.0 ~ -2.5 골감소증 · 1~2년, 생활 관리
≤ -2.5 골다공증 · 약물 치료 시작

