

응급카트 점검 체크리스트

내시경실 · 진료실 응급카트 일·주·월 정기 점검 — 봉인(seal) 유지 원칙



응급카트 점검은 제세동기, 약물, 기도 장비, 체크리스트를 같은 순서로 확인합니다.

점검일 / DATE	총괄 책임자 / LEAD	카트 봉인번호 / SEAL NO.
------------	---------------	--------------------

매일 DAILY 진료 시작 전 점검 소요 5분 · 사용 직후 추가 점검

항목	확인 내용	OK	서명
AED · 제세동기	전원 self-test 통과 · 배터리 표시등 녹색 · 패드 유효기간 미경과	☐	
산소 공급원	중앙배관 압력 정상 · 휴대용 산소통 잔량 $\geq 1/2$ · regulator 작동	☐	
흡인기 (Suction)	벽부착 + 휴대용 2 line 작동 · Yankauer · catheter 12-14 Fr 비치	☐	
Capnography (ETCO ₂)	전원 정상 · 센서 connector 부착 · zero calibration 통과	☐	
모니터 · Pulse oximeter	5-parameter 정상 표시 · 독립형 SpO ₂ 1대 백업 · NIBP 컷프 size 다양	☐	
BVM · i-gel 즉시 접근	1단 서랍에 BVM(성인·소아) · i-gel size 3-4-5 봉합 상태 즉시 시인	☐	
카트 봉인 (Seal)	tamper-evident seal 손상 없음 · 봉인번호 위 메타와 일치	☐	

매주 WEEKLY 매주 월요일 시행 소요 10분

항목	확인 내용	OK	서명
유효기간 임박 약물	30일 이내 만료 약물 별도 표기 · Epi · Amiodarone · Naloxone · Flumazenil 우선 확인	☐	
마약·향정 보관	midazolam · fentanyl 별도 잠금 · 출입 일지 기록 · 마약류통합관리시스템 보고	☐	
IV 카테터 · 수액	18-20-22G 각 10개 · NS 1L × 4 · 3-way · extension line 10세트	☐	
Laryngoscope · Backup	Mac 3-4 LED 점등 · 여분 배터리 · 전구 · ETT 6.5-8.0 mm · bougie 15 Fr	☐	
기록·문서	Code Blue 기록지 · 119/한림대동탄성심병원 직통번호 · 응급 플로우차트 · 이송 동의서	☐	

매월 MONTHLY 매월 1일 전수 inventory 소요 30분 · 4단 서랍 모두 개방

항목	확인 내용	OK	서명
전체 inventory 대조	표준 목록과 1:1 대조 · 부족·결손 항목 즉시 보충 · 4단 서랍 라벨 일치	☐	
시뮬레이션 훈련	분기 1회 in-situ 시뮬레이션 시행 (좌측위→supine · i-gel · BVM · 압박 교대 동선)	☐	
스태프 인증 갱신	전원 BLS · ACLS 인증자 ≥ 1 명 상주 확인 · 만료 6개월 전 재교육 예약	☐	

