# 응급카트 점검 체크리스트

내시경실 · 진료실 응급카트 일·주·월 정기 점검 — 봉인(seal) 유지 원칙




점검일 / DATE _____ 총괄 책임자 / LEAD _____ 카트 봉인번호 / SEAL NO. _____

## 매일 DAILY 진료 시작 전 점검

소요 5분 · 사용 직후 추가 점검

| 항목 | 확인 내용 | OK | 서명 |
|---|---|---|---|
| **AED · 제세동기** | 전원 self-test 통과 · 배터리 표시등 녹색 · 패드 유효기간 미경과 | ☐ | |
| **산소 공급원** | 중앙배관 압력 정상 · 휴대용 산소통 잔량 ≥ 1/2 · regulator 작동 | ☐ | |
| **흡인기 (Suction)** | 벽부착 + 휴대용 2 line 작동 · Yankauer · catheter 12·14 Fr 비치 | ☐ | |
| **Capnography ($ETCO_2$)** | 전원 정상 · 센서 connector 부착 · zero calibration 통과 | ☐ | |
| **모니터 · Pulse oximeter** | 5-parameter 정상 표시 · 독립형 $SpO_2$ 1대 백업 · NIBP 커프 size 다양 | ☐ | |
| **BVM · i-gel 즉시 접근** | 1단 서랍에 BVM(성인·소아) · i-gel size 3·4·5 봉합 상태 즉시 시인 | ☐ | |
| **카트 봉인 (Seal)** | tamper-evident seal 손상 없음 · 봉인번호 위 메타와 일치 | ☐ | |

## 매주 WEEKLY 매주 월요일 시행

소요 10분

| 항목 | 확인 내용 | OK | 서명 |
|---|---|---|---|
| **유효기간 임박 약물** | 30일 이내 만료 약물 별도 표기 · Epi · Amiodarone · Naloxone · Flumazenil 우선 확인 | ☐ | |
| **마약·향정 보관** | midazolam · fentanyl 별도 잠금 · 출입 일지 기록 · 마약류통합관리시스템 보고 | ☐ | |
| **IV 카테터 · 수액** | 18·20·22G 각 10개 · NS 1L × 4 · 3-way · extension line 10세트 | ☐ | |
| **Laryngoscope · Backup** | Mac 3·4 LED 점등 · 여분 배터리 · 전구 · ETT 6.5–8.0 mm · bougie 15 Fr | ☐ | |
| **기록·문서** | Code Blue 기록지 · 119/한림대동탄성심병원 직통번호 · 응급 플로우차트 · 이송 동의서 | ☐ | |

## 매월 MONTHLY 매월 1일 전수 inventory

소요 30분 · 4단 서랍 모두 개방

| 항목 | 확인 내용 | OK | 서명 |
|---|---|---|---|
| **전체 inventory 대조** | 표준 목록과 1:1 대조 · 부족·결손 항목 즉시 보충 · 4단 서랍 라벨 일치 · 구성이 바뀌면 「응급카트 약품·장비 위치 맵」도 함께 고침 | ☐ | |
| **시뮬레이션 훈련** | 분기 1회 in-situ 시뮬레이션 시행 (좌측위→supine · i-gel · BVM · 압박 교대 동선) | ☐ | |
| **스태프 인증 갱신** | 전원 BLS · ACLS 인증자 ≥ 1명 상주 확인 · 만료 6개월 전 재교육 예약 | ☐ | |

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560 · 응급카트 옆 클립보드 비치

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ASGE 2018 Sedation Guideline · KACPR 2020 · AHA 2020 ACLS

*사용 즉시 재정비 + 신규 봉인. 점검 미통과 항목은 즉시 책임자에게 보고.*

상세 프로토콜

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/emergency/crash-cart-checklist/