

## 응급카트 점검 체크리스트

내시경실 · 진료실 응급카트 일·주·월 정기 점검 — 봉인(seal) 유지 원칙



응급카트 점검은 제세동기, 약물, 기도 장비, 체크리스트를 같은 순서로 확인합니다.

|            |               |                    |
|------------|---------------|--------------------|
| 점검일 / DATE | 총괄 책임자 / LEAD | 카트 봉인번호 / SEAL NO. |
|------------|---------------|--------------------|

**매일 DAILY**    진료 시작 전 점검    소요 5분 · 사용 직후 추가 점검

| 항목                               | 확인 내용                                                            | OK                       | 서명 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| AED · 제세동기                       | 전원 self-test 통과 · 배터리 표시등 녹색 · 패드 유효기간 미경과                       | <input type="checkbox"/> |    |
| 산소 공급원                           | 중앙배관 압력 정상 · 휴대용 산소통 잔량 $\geq 1/2$ · regulator 작동                | <input type="checkbox"/> |    |
| 흡인기 (Suction)                    | 벽부착 + 휴대용 2 line 작동 · Yankauer · catheter 12-14 Fr 비치            | <input type="checkbox"/> |    |
| Capnography (ETCO <sub>2</sub> ) | 전원 정상 · 센서 connector 부착 · zero calibration 통과                    | <input type="checkbox"/> |    |
| 모니터 · Pulse oximeter             | 5-parameter 정상 표시 · 독립형 SpO <sub>2</sub> 1대 백업 · NIBP 컷프 size 다양 | <input type="checkbox"/> |    |
| BVM · i-gel 즉시 접근                | 1단 서랍에 BVM(성인·소아) · i-gel size 3-4-5 봉합 상태 즉시 시인                 | <input type="checkbox"/> |    |
| 카트 봉인 (Seal)                     | tamper-evident seal 손상 없음 · 봉인번호 위 메타와 일치                        | <input type="checkbox"/> |    |

**매주 WEEKLY**    매주 월요일 시행    소요 10분

| 항목                    | 확인 내용                                                               | OK                       | 서명 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 유효기간 임박 약물            | 30일 이내 만료 약물 별도 표기 · Epi · Amiodarone · Naloxone · Flumazenil 우선 확인 | <input type="checkbox"/> |    |
| 마약·향정 보관              | midazolam · fentanyl 별도 잠금 · 출입 일지 기록 · 마약류통합관리시스템 보고               | <input type="checkbox"/> |    |
| IV 카테터 · 수액           | 18-20-22G 각 10개 · NS 1L × 4 · 3-way · extension line 10세트           | <input type="checkbox"/> |    |
| Laryngoscope · Backup | Mac 3-4 LED 점등 · 여분 배터리 · 전구 · ETT 6.5-8.0 mm · bougie 15 Fr        | <input type="checkbox"/> |    |
| 기록·문서                 | Code Blue 기록지 · 119/한림대동탄성심병원 직통번호 · 응급 플로우차트 · 이송 동의서              | <input type="checkbox"/> |    |

**매월 MONTHLY**    매월 1일 전수 inventory    소요 30분 · 4단 서랍 모두 개방

| 항목              | 확인 내용                                                        | OK                       | 서명 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 전체 inventory 대조 | 표준 목록과 1:1 대조 · 부족·결손 항목 즉시 보충 · 4단 서랍 라벨 일치                 | <input type="checkbox"/> |    |
| 시뮬레이션 훈련        | 분기 1회 in-situ 시뮬레이션 시행 (좌측위→supine · i-gel · BVM · 압박 교대 동선) | <input type="checkbox"/> |    |
| 스태프 인증 갱신       | 전원 BLS · ACLS 인증자 $\geq 1$ 명 상주 확인 · 만료 6개월 전 재교육 예약         | <input type="checkbox"/> |    |

