

Low Fidelity View Calibration Data Screen

View Item Calibration Selection Screen

View ITEM calibration data

Chambers

Model	s/n
TW30013	5447
	5448
	5449
	5450
CC13	14732

Electrometers

Model	s/n
UNIDOS	194
	195
PC electrom	68964006
	68964017
TOMO	L161533

View Item Calibration Data

View ITEM calibration data

Chamber Model: TW30013 Serial Number: 5447
Callibration date: 19/02/21
Cal#: CAL00928/02

Version (2.0) 

Chambers

Model	s/n
TW30013	5447
	5448
	5449
	5450
CC13	14732

Electrometers

Model	s/n
UNIDOS	194
	195
PC electrom	68964006
	68964017
TOMO	L161533

N _{D,w,Q,o}		53.64 mGy/nC	
		k _s	k _{pol}
Co-60	1.0001	1.0005	
6	1.0028	0.9996	
6FFF	1.0046	0.9999	
10	1.0042	0.9992	
10FFF	1.0080	1.000	
15	1.0042	0.9999	
18	1.0052	0.9994	
k _Q = a*		MR linac	
a	-0.4361	kb	-
b	0.3622		
c	0.9350		