

PumpDriver PM-4 · Modbus-referanse

Dette dokumentet beskriver Modbus-registerene til den 4-kanals peristaltiske doseringsdriveren PM-4, slik den er

Registerkart (utdrag)

Adresse	Lengde	Beskrivelse
0x0020..0x0023	16-bit	Dosevolum pumpe 0..3 (skrive)
0x0030..0x0033	16-bit	Aktuell posisjon pumpe 0..3 (lese)

Enhet for dosevolum

DOSEVOLUM-REGISTERET ER I 0,1 MILLILITER (en tiendedels ml).
Eksempel: onsket dose 12,5 ml -> skriv verdi 125.
Firmware må derfor gange onsket ml med 10 for registeret skrives.

Merknad om enhetsfeil

En vanlig feil er å skrive volumet direkte i hele ml (faktor 1), som gir en dose som er 10x for liten. Verifiser alltid
Referanse: PM-4 datablad rev. C, 2026-05.