شرکت مهندسی سازگان گستر

راهنمای سریع استفاده از وکترا



۱ – LED نمایشگر آلارم

۲ – کلید منو (با فشار دادن این دکمه ،کادر منوی اصلی ظاهر می شود)

۳– کلید اندازه گیری فشار (برای اندازه گیری فشار از طریق کاف ، کافی است این دکمه را فشار دهید)

۴– کلید رکورد (برای فعال کردن رکورد در دستگاه از این کلید استفاده کنید)

۵– کلید خروج از منو (در هر یک از منوها ،با فشار دادن این کلید ، به صفحه اصلی باز می گردد)

۶– کلید FREEZE (با فشار دادن این کلید ، کلیه شکل موج ها ثابت می شوند و برای خارج شدن از این حالت کلید را مجددا فشار دهید)

۷– کلید سکوت (در صورتی که یک بار این کلید را فشار دهید کلیه صداهای دستگاه قطع می گردد و علامت 🔇 بالای صفحه ظاهر می شود)

۸– ناب کنترلی دستگاه

۹– LED باطری (در صورتی دستگاه تنها با باطری کار کند ، این LED چشمک زن می شود)

۱۰– LED برق شهر (در صورت وصل بودن دستگاه به برق شهر این LED روشن می شود)

۱۱– LED نشانگر روشن بودن مانیتور

۱۲– دکمه خاموش و روشن کردن دستگاه

آدرس : تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان آقازاده فرد ، کوچه پانزدهم ، پلاک ۴۰
تلفن: ۷۵۹۱۴ – ۰۲۱ فکس: ۸۸۷۹۲۳۶۵–۰۲۱ www.sazgan.com

SAZGAN

شرکت مهندسی سازگان گستر

راهنمای سریع استفاده از وکترا

روشن کردن سیستم

تنظیم محدوده آلارم ها و شکل موج ها

اتصال اکسسوری ها به بیمار

انفصال اکسسوری ها از بیمار

انفصال اکسسوری ها از دستگاه

خاموش کردن سیستم

هشدار!

۱-همیشه مود سنی دستگاه و بیمار یکسان باشد

۲-هرگز در هنگام مانیتورینگ ، کالیبراسیون انجام نگردد

۳-برای نظافت دستگاه فقط از محلول های ضد عفونی کننده پایه الکلی و یا محلول های مجاز قید شده در دفترچه راهنما استفاده شود

۴-تنها از اکسسوری های مورد تایید شرکت سازنده استفاده نمایید

۵-در صورت بروز هر گونه مشکل فنی از تعمیر خودسرانه اجتناب نموده و مراتب را به واحد فنی شرکت سازگان گستر اطلاع دهید

آدرس : تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان آقازاده فرد ، کوچه پانزدهم ، پلاک ۴۰
تلفن: ۰۲۱-۷۵۹۱۴ فکس: ۰۲۱-۸۸۷۹۲۳۶۵ www.sazgan.com