

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2025년 4분기 행동강령 이행실태 점검 및 공직기강 복무감사

제 목 : 응급장비 안내표시 개선 필요

관계부서 : ○○팀

내 용

1. 업무 개요

공사 ○○팀은 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거, 전사 안전경영 책임계획 수립 및 이행점검, 안전보건경영시스템 구축 및 관리, 근로자 산업 안전보건 관리 및 위험성 평가 업무 등을 담당하고 있다.

이에 ○○팀은 보다 안전한 근로환경 제공 및 시민재해 방지 등을 위해 응급장비를 설치 및 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「응급의료에 관한 법률」 제47조의2 제1항에 따르면 「산업안전보건법」 제18조에 따라 보건관리자를 두어야 하는 사업장 중 ‘상시근로자가 300명 이상인 사업장’, 「관광진흥법」 제52조에 따라 지정된 관광지 및 관광단지 중 ‘실제 운영 중인 관광지 및 관광단지의 공공편익시설지구에 설치한 관리사무소 및 안내시설’¹⁾ 등의 소유자·점유자 또는 관리자는 자동심장충격기(Automated External Defibrillator, 이하 “AED”라 한다)²⁾ 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 갖추어야 하며, 같은

1) 「응급의료에 관한 법률 시행령」 개정으로 2024. 2. 17.부터 응급장비 의무 설치장소로 관광지 및 관광단지의 관리사무소, 안내시설이 추가됨

2) 자동심장충격기(AED): 환자의 피부에 부착된 전극을 통하여 전기충격을 심장에 보내 심방이나 심실의

조 제2항에 따르면 AED 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 설치한 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 관할 시장·군수·구청장(보건소)에게 신고하여야 한다. 또한 같은 조 제3항에 따르면 설치한 장비를 매월 1회 이상 점검³⁾하고 지자체에 통보하여야 한다.

보건복지부의 「공공장소 및 다중이용시설의 자동심장충격기 설치 및 관리 지침」(이하 “AED 관리 지침”이라 한다)에서는 AED의 설치 및 관리에 대한 세부내용을 규정하고 있는데, 불특정 다수 사람들의 이동이 많은 장소, 빠른 시간 내에 해당 기관 내에서 이용자가 접근할 수 있는 장소, 필요시 누구나 사용할 수 있도록 공개된 장소에 설치할 것을 권고하고 있으며, 달려서 5분 이내에 AED를 확보해 돌아올 수 있을 정도의 거리를 고려하여 설치 대수를 결정하고 동일 기관의 건물이 여러 동으로 분리되어 있을 경우 동별로 1대씩 설치하는 것을 권장하고 있다.

또한 「응급의료에 관한 법률」 제47조의2 제4항에 따르면 AED 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 설치한 자는 해당 시설의 출입구 또는 여러 사람이 보기 쉬운 곳에 사용에 관한 안내표지판을 부착하여야 하며, AED 관리 지침에 따르면 엘리베이터 입구 및 내부에 AED 설치 층수(위치)를 표시하도록 규정하고 있다.

따라서 상시근로자가 300명 이상인 공사 본사 사옥 및 「관광진흥법」상 운영중인 관광단지인 ◆◆관광단지(◎◎지사)와 □□관광단지(▲▲지사)에는 상기 법령에 의거

세동(비정상적으로 빠르게 떨어져 제대로 된 심장기능을 하지 못하는 상태)을 제거하는 제세동기를 자동화하여 만든 의료기기로, 그간 ‘자동제세동기’로 불리다 2017년 국민들이 이해하기 쉬운 용어인 ‘자동심장충격기’로 명칭 변경(자료: 「공공장소 및 다중이용시설의 자동심장충격기 설치 및 관리 지침」(보건복지부/2024.5.))

3) 정기점검을 통해 본체, 부속물 및 보관함 등의 청결 및 손상상태 확인 및 조치, 내용연수(최대 10년) 및 적정 사용횟수 경과 후 장비 교체여부 판단 등을 실시하여야 함

AED를 적절한 안내표시와 함께 설치하고 지자체에 신고하여야 하며 정기점검을 통해 지속적으로 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

AED 의무설치 대상인 공사 본사 사옥 및 관할 관광단지의 AED 설치 및 관리실태의 적정성을 점검한 결과, [표]와 같이 모두 내용연수가 도래하지 않은 AED가 적절한 장소에 안내표시와 함께 설치되어 지자체에 신고되어 있었고 정기점검이 주기적으로 이뤄지는 등 관리실태가 전반적으로 우수하였다.

[표] 본사 사옥 및 관광단지 AED 설치 내역 개요

구분	위치	설치(또는 최근교체) 일자	지자체 신고여부	정기점검 여부
본사 사옥	본관동 1층 정문 로비	2025. 9. 18.	O	O
	본관동 2층 회전문 로비	2025. 9. 18.		
	본관동 9층 복도	2025. 9. 18.		
	교육동 1층 카페 라운지	2025. 9. 18.		
◆◆ 관광단지 ^{주)}	◆◆ 관광안내소	2024. 2. 28.	O	O
	◆◆골프장(◎◎지사) 로비	2022. 11. 17.		
□□ 관광단지 ^{주)}	□□관광단지 관리센터	2024. 5. 2.	O	O

주: 관광단지 내 호텔 등 임대시설 설치내역은 미기재
자료: 관리부서 제출자료 및 감사실 점검내용 재구성

다만, 본사의 경우, 건물 입구 등에는 안내표시가 잘 되어 있었으나 엘리베이터 입구 및 내부에는 별도로 AED 설치충수가 표기된 바는 없었다. 사옥 내부에서 갑작스러운 심정지⁴⁾ 등의 응급상황 발생 시 고층건물 내부에서도 필요한 사람들이

4) 심정지 환자는 1분 지날 때마다 생존율이 7%~10% 감소하고, AED는 심정지 환자에게 짧은 순간 강한 전류를 흘려보내 심근에 활동 전위를 유발해서 다시 정상 박동을 찾게 하는 의료기기로서 심폐소생술만 시행했을 때보다 환자 생존율을 약 3배 더 높일 수 있다고 알려져 있음. 단, 모든 심정지 환자에게 무조건 심장충격을 시도해서는 안 되며, 반응과 정상적인 호흡이 없는 심정지 환자에게만 사용하여야 함. 따라서 AED 부착하여 분석 후 ‘심장충격(제세동)이 필요하지 않습니다’라는 지시문이 나오면 정상에 가까운 심전도 소견이거나 심장 무수축이란 의미이므로 (심장충격 단추를 누르지 말고) 즉시 가슴압박 등의 심폐소생술을 시작해야 함(자료: 보건복지부, AED 관리 지침)

최대한 신속히 AED의 설치 위치를 알고 이동하여 이용할 수 있도록 엘리베이터 입구 및 내부에도 표시하는 것이 필요하다.

관계부서 의견

○○팀은 감사 결과에 이의를 제기하지 않으면서, AED의 설치 위치를 충분히 인지할 수 있도록 본사 사옥 엘리베이터 입구 및 내부 등에도 추가로 AED 안내 표시를 부착하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 고층 사옥에서도 유사시 응급장비의 위치를 더 빨리 쉽게 인지하여 이용할 수 있도록 응급장비의 안내표시를 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)