

일련번호	△△△△△-6
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 △△△△△△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 10. 01.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △ △ △	2021	현지조치	-	-

제 목 : 자동심장충격기 보관함 비상연락처 부착 필요

(현 황)

- 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 의거 자동심장충격기 설치시에는 보관함 외부에 보관함임을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)를 부착하여야 함.

(위법부당 내용)

- △△△ 명품마을 센터 내 설치된 자동심장충격기(AED) 보관함에는 비상연락처(담당부서, 담당자 등)가 미부착되어 있어 부착이 필요함



자동심장충격기 보관함 비상연락처 미부착 현황

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 보관함에 비상연락처(담당부서, 담당자 등) 부착