

권 고

제 목 시험재원 이력 관리 시스템 활용 미흡
소 관 부 서 ▷▷처, ▶▶처, ●●본부, ★★★★★★본부,
○○본부, ☆☆☆☆☆본부, ◎◎본부
내 용

▷▷처 ♥♥♥♥♥팀은 시험 장비 보정·수리 등 기기 이력 관리와 시약·초자·부품 등 시험 용품 입출고 등 시험업무 효율화를 위하여 2021. 8. 10. 「시험재원 이력 관리 시스템」(이하 “이력 관리 시스템”이라 한다)을 구축하였으며, 이력 관리 시스템을 체계적으로 사용할 수 있도록 「시험실 운영 매뉴얼」을 개정(2020. 12. 29.)하여 운용하고 있다.

「시험실 운영 매뉴얼」에 따르면, 시험 용품 담당자는 반입된 시험 용품(시약, 초자, 부품)의 품명 및 수량을 확인 후 이력 관리 시스템에 기재하고 보관하며, 시험 용품 입출고 및 재고 변동 시에도 이력 관리 시스템에 기록하여 시험 용품의 재고 현황을 관리하여야 한다.

그리고 시험분석에 사용되는 표준물질의 제조 일자, 유효일자, 정밀도, 측정조건 등이 기록된 인증서, 성적서 또는 관련 자료를 이력 관리 시스템에 첨부하여 표준물질을 관리하여야 한다.

그런데 ▷▷처 ♡♡♡♡♡팀과 ▶▶처 ♠♠♠♠♠팀은 구매한 일부 시험 용품을 이력 관리 시스템에 등록하지 않아 현물의 일치 여부를 확인할 수 없는 결과를 초래하였으며, ●●본부, ★★★★★★본부, ○○본부, ☆☆☆☆☆본부, ◎◎본부 시험담당자는 표준물질 인증서를 이력 관리 시스템에

일부만 등록하거나 등록하지 않아 표준물질 정보관리에 소홀히 한 사실이 있다.

[표 2] 부서별 시험재원 이력 관리 시스템 활용 미흡 현황

부서명	시험재원 이력 관리 시스템 활용 주요 미흡 사례
▷▷처 ♠♠♠♠팀	염소분 시험기기 Cell 구매(2021.02.) 등 시험 용품 미등록
▶▶처 ♠♠♠♠팀	수분 분석을 위한 시약 구매(2021.02.) 등 시험 용품 미등록
●●본부 시험1팀	필터막힘점, 유효성 등 표준물질(2021.7. 배포) 미등록
★★★★★★본부 시험팀	표준물질(황분, 유동점, 증류성상 등) 인증서/성적서 미등록
○○본부 시험팀	표준물질(LPG 황분, 유동점 등) 인증서/성적서 미등록
☆☆☆☆☆☆본부 시험팀	표준물질(동점도, 유동점, 증류성상 등) 인증서/성적서 미등록
◎◎본부 검사팀	표준물질(X-ray 황분) 인증서/성적서 미등록

조치할 사항

▷▷처장, ▶▶처장, ●●본부장, ★★★★★★★본부장, ○○본부장, ☆☆☆☆☆본부장, ◎◎본부장은 시험실 운영 매뉴얼을 준수하여 이력 관리 시스템으로 시험 용품 재고관리, 표준물질 재고 및 인증서를 철저히 관리하시기 바랍니다. (권고)