

## 통 보

제 목 정량 검사용 기준 부피 탱크 관리 개선  
소 관 부 서 ■■■처  
내 용

한국석유관리원은 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제38조에 따라 석유사업자의 행위의 금지 준수 여부 점검 등(정량 미달 판매행위 확인 등) 석유 유통관리 업무를 수행하고 있다.

그리고 ■■■처 검사총괄팀은 정량 미달 판매행위 확인을 위한 기준 부피 탱크(이하 “기준 탱크”라 한다)가 측정 유효성을 확보할 수 있도록 총괄 관리하여야 하며, 「석유유통검사업무규정 시행세칙」 제16조 제5항은 기준 탱크가 측정 유효성을 확보할 수 있도록 「계량에 관한 법률」 제39조(측정 기기의 교정)에 따라 2년마다 국가교정업무 전담 기관으로부터 교정을 받도록 정하고 있다.

또한, 계측기기 교정의 목적은 지시하는 값이 정합성 제고를 위해 실제 값이 얼마인지를 구하는 행위로, 기준 탱크를 사용하여 피 측정 물의 합부를 판정하는 경우 보정 결과를 적용한 눈금 읽은 값에 보정 값과 측정불확도를 반영하는 것이 원칙이다.

전 본부가 보유하고 있는 기준 탱크 관리 현황을 확인한 결과 관련 법, 규정에 따라 2년 주기를 준수하여 기준 탱크를 교정하였으며, 그 중 20L 정량검사 기준 탱크 총 35기 중 5기는 -50mL ~ +50mL 범위인 것으로 확인되었다.

[표 6] 20L 정량검사 기준 부피 탱크 관리 현황 <2021.11.4. 기준>

| 부서      | 기준 탱크<br>기물 번호 | 용량  | 교정일        | 보정 값   | 측정불확도 | 결과표기<br>(단위:리터) |
|---------|----------------|-----|------------|--------|-------|-----------------|
| ♣♣♣♣♣본부 | 09-101         | 20L | 2020-04-09 | -0.06  | 0.01  | -0.05           |
| ♣♣♣♣♣본부 | 09-801         | 20L | 2020-03-30 | 0.01   | 0.01  | 0.02            |
| ♣♣♣♣♣본부 | 15-101         | 20L | 2020-02-28 | 0.00   | 0.01  | 0.01            |
| ♣♣♣♣♣본부 | 15-108         | 20L | 2020-02-11 | -0.01  | 0.01  | 0               |
| ♣♣♣♣♣본부 | 10-01          | 20L | 2020-10-05 | 0.00   | 0.01  | 0.01            |
| ♣♣♣♣♣본부 | 10-04          | 20L | 2020-10-05 | 0.03   | 0.01  | 0.04            |
| ☆☆☆☆☆본부 | 01-03          | 20L | 2020-01-23 | -0.02  | 0.01  | -0.01           |
| ☆☆☆☆☆본부 | 06-01          | 20L | 2020-02-14 | 0.01   | 0.01  | 0.02            |
| ☆☆☆☆☆본부 | 15-110         | 20L | 2020-04-22 | -0.04  | 0.01  | -0.03           |
| ☆☆☆☆☆본부 | 11-53          | 20L | 2020-11-20 | 0.01   | 0.01  | 0.02            |
| ★★★★★본부 | 09-105         | 20L | 2021-05-24 | 0.00   | 0.01  | 0.01            |
| ★★★★★본부 | 11-403         | 20L | 2021-01-28 | -0.04  | 0.01  | -0.03           |
| ★★★★★본부 | 15-105         | 20L | 2020-06-02 | -0.06  | 0.01  | -0.05           |
| ★★★★★본부 | 10-02          | 20L | 2020-06-25 | 0.01   | 0.01  | 0.02            |
| ★★★★★본부 | 10-03          | 20L | 2020-06-25 | 0.03   | 0.01  | 0.04            |
| ◆◆본부    | 15-109         | 20L | 2020-04-02 | -0.03  | 0.01  | -0.02           |
| ◆◆본부    | 01-04          | 20L | 2020-01-30 | -0.01  | 0.01  | 0               |
| ◆◆본부    | 07-04          | 20L | 2020-11-05 | 0.02   | 0.01  | 0.03            |
| ●●본부    | 11-404         | 20L | 2020-07-10 | -0.01  | 0.01  | 0               |
| ●●본부    | 10-802         | 20L | 2020-07-01 | -0.01  | 0.01  | 0               |
| ●●본부    | 15-103         | 20L | 2020-03-02 | -0.01  | 0.01  | 0               |
| ○○본부    | 12-04          | 20L | 2021-03-17 | 0.00   | 0.01  | 0.01            |
| ○○본부    | 09-804         | 20L | 2021-07-15 | 0.00   | 0.01  | 0.01            |
| ○○본부    | 15-106         | 20L | 2020-02-19 | -0.007 | 0.01  | 0.003           |
| ○○본부    | 11-401         | 20L | 2020-02-28 | 0.00   | 0.01  | 0.01            |
| ●●본부    | 09-102         | 20L | 2020-06-09 | -0.04  | 0.01  | -0.03           |
| ●●본부    | 09-103         | 20L | 2020-06-23 | -0.06  | 0.01  | -0.05           |
| ●●본부    | 15-107         | 20L | 2020-06-02 | -0.04  | 0.01  | -0.03           |
| ▣▣▣▣본부  | 11-405         | 20L | 2019-12-10 | -0.01  | 0.03  | 0.02            |
| ▣▣▣▣본부  | 15-104         | 20L | 2020-02-28 | 0.00   | 0.01  | 0.01            |
| ▣▣▣▣본부  | 09-104         | 20L | 2021-03-08 | -0.06  | 0.01  | -0.05           |
| ●●본부    | 11-51          | 20L | 2020-03-18 | 0.01   | 0.01  | 0.02            |
| ●●본부    | 09-803         | 20L | 2020-03-04 | 0.01   | 0.01  | 0.02            |
| ●●본부    | 15-102         | 20L | 2020-03-04 | -0.02  | 0.01  | -0.01           |
| ◎◎본부    | 07-03          | 20L | 2020-11-26 | 0.04   | 0.01  | 0.05            |

그런데 교정을 실시하고 교정 유효기간 내의 기준 탱크로 정량검사를 시행하는 것은 문제가 없으나, 기준 탱크는 검사업무 현장에서 정량 여부 확인 시 사업자의 과실 여부에 관한 판단 및 법적 증거 등을 확보하기 위한 목적으로 사용되는 측정기기임을 고려하면, 반영하여야 하는 보정 값이 큰 기준 탱크를 사용하여 최종 결과값을 정하는 경우 주유소 관계자의 이해도가 저하될 수 있다.

또한, 사업자가 정량 미달 판매량에 따라 행정처분이 부과되고 있으나, 위와 같은 사례로 인한 민원 발생 등 불필요한 인력과 행정력이 낭비될 우려가 있다.

## 조치할 사항

■■■처장은 기준 탱크의 신뢰성 향상을 위해 노후화 등의 사유로 보정 값 변화가 큰 기준 탱크에 대해서는 관련 예산을 반영하여 교체 등 방안을 마련하여 운영하여 주시기 바랍니다. (통보)