

시 정 요 구

제 목 검사장비 유지·관리에 관한 사항

관 련 부 서 ㉠지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 검사·점검·진단·사고조사 및 시험용으로 사용하는 장비 등(이하 “기술 장비”라 한다)을 효율적으로 사용·관리하기 위하여 기술장비의 구입 및 유지관리, 폐기 등에 관한 사항을 「기술장비관리요령」(이하 “요령”이라 한다.)으로 정하고 있다.

이 중 검사 및 점검에 사용하는 장비 등(이하 “검사장비”라 한다)의 효과적인 운영·관리를 위해 「검사장비 운영·관리지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정하여 검사장비의 정수 운영·수리·폐기 및 유지관리에 관한 세부 사항을 정하여 운영하고 있다.

㉠지사에서는 검사·점검·사고조사를 위한 기술장비를 85종 342점을 보유하고 있으며, 관련 부서 내 검사·점검 수행 직원(이하 “관리자”라고 한다)에게 [표 1]과 같이 기술장비를 배정하였다.

[표 1] 기술장비 배정 내역

[성명 : 가나다 순, 단위 : 점]

AA	AB	AF	AG	BC	AI	AJ	AJ	AL	AN
3	3	3	8	82	3	4	2	29	18
AQ	AT	AU	AV	AW	AY	AZ	BA	BB	
167	3	2	2	3	3	3	3	1	

※ 자료 출처 : 가스피아 내 [검사장비조회] 재구성(상태가 “정상”인 장비)

2. 관련 규정 및 판단기준

요령 제12조(검정·교정검사) 및 지침 제5조(교정) 제1호에 따라 계측기류 등은 「국가표준기본법」 제14조에 따른 국가교정기관으로부터 정기적으로 교정받아야¹⁾ 하고, 같은 지침 제5조 제4호에 따라 교정검사가 완료되면 관리부서²⁾에서는 교정검사 결과를 공사 전산시스템(가스피아 메뉴명 ‘검교정/수리내역 등록’)에 등록하고 이를 관리 책임자³⁾에게 보고해야 한다.

또한, 지침 제6조(관리 및 운영) 제9호에 따라 신규 장비를 배정하거나 관리자가 변경되는 경우에는 공사 전산시스템(가스피아 메뉴명 ‘검사장비 등록/장비 관리 결재’)에 등록하고 이를 관리 책임자에게 보고해야 한다.

검사장비 운영·관리지침

제5조(교정) 「기술장비관리요령」 제12조와 관련하여 검사장비의 교정을 받는 경우에는 다음의 절차에 따른다. <개정 2022.10.31>

1. 「국가 교정기관 지정제도 운영요령」 제41조에 따른 교정은 대상 장비별로 별표1의 교정 주기에 따라 지역 자체적으로 해당 기관으로부터 정기적인 교정을 받을 것. 다만, 여유분(부가 정수) 등 사용하지 않고 있는 장비는 정기적인 교정검사 대상에서 제외할 수 있으나, 해당 장비를 사용코자 할 경우에는 교정검사를 받은 후 사용하여야 한다.
4. 교정 및 성능검사가 완료되면 그 결과를 전산프로그램(교정/수리내역 등록)에 등록하고 그 결과를 관리 책임자에게 보고할 것

제6조(관리 및 운영) 「기술장비관리요령」 제7조에 따라 검사장비는 다음과 같이 효과적으로 운영·관리하여야 한다.

9. 신규 장비 배정 또는 관리자가 변경되는 경우에는 전산프로그램(검사장비 등록/장비 관리 결재)을 통해 관리총괄자에게 보고하고, 인사발령 등으로 관리책임자가 변경될 경우에는 다음 방법에 따라 인수·인계를 실시할 것

1) 「검사장비 운영관리지침」 [별표 1]에서는 장치 종류별 교정 주기를 정하고 있음

2) 「기술장비요령」 제2조(용어의 정의) 제4호: 기술장비를 직접 사용, 관리 및 보수를 하는 부서를 말함

3) 「기술장비요령」 제2조(용어의 정의) 제6호: 관리 총괄자를 보좌하여 기술장비의 사용, 관리 등을 감독·점검하는 자를 말함

[그림 1] 검사장비 관리자 변경 시 결재 화면 예시(가스피아- ‘검사장비 등록’)

결재번호	결재	자산번호	처리일자	관리구분	담당	성명	부장
20250123144416828832	결재완료	72615-000215	20250123	관리자변경	이	이	2025-01-23
202503111114617322694	결재완료	71446-000316	20250311	관리자변경	이	이	2025-03-11
202503111114617322694	결재완료	72671-000153	20250311	관리자변경	이	이	2025-03-11
20250204102810007671	결재완료	71449-000011	20250204	관리자변경	이	이	2025-02-04

3. 감사 결과 확인된 문제점

㉠지사(이하 “관련 부서” 라 한다)에서 보유하고 있는 기술장비에 대한 관리 실태를 확인한 결과, 다음과 같이 요령 또는 지침에서 정한 사항을 준수하지 않은 사례가 있는 것으로 나타났다.

① 검·교정 및 수리 결과 미등록

㉠지사에서는 보유 중인 기술장비 16종 73점에 대한 교정검사를 받은 후 그 결과를 공사 전산시스템(가스피아 메뉴명 : 검교정/수리내역등록)에 등록하지 않았 으며(‘첨부 1’ 참조), 기술장비 2점에 대한 수리 결과에 대해 [표 2]와 같이 공사 전산시스템(가스피아 메뉴명 : 검교정/수리내역등록)에 등록하지 않은 것으로 확인되 었다.

[표 2] 수리 결과 전산시스템 미등록 명세

연번	자산관리번호	장비명	미등록 사항	비고
1	72342-000045	자기압력기록계5MPa(30M~16D)	수리	㉠지사-6528(2025.11.19)
2	72517-000911	*계	수리	㉠지사-6528(2025.11.19)

※ 자료출처 : 가스피아 ‘검사장비등록’ 내 검교정/수리 내역 재구성

② 장비 관리자 변경에 따른 보고(결재) 누락

㉠지사에서는 2025. 1. 1.부터 2026. 2. 11.까지 인사발령 등의 이유로 기술장비 245점에 대해 전산시스템(가스피아 메뉴명 ‘검사장비 등록’)을 통한 관리자 변경을 실시하면서 관리 총괄자에게 보고(결재)하지 않은 사례가 [표 3]과 같이 총 293건 확인되었다.

[표 3] 장비관리자 변경 내역 관리총괄자 미보고 현황

처리 방법	결재 미상신	담당자 전결 처리	계	비고
건수	57	236	293	세부내역 ‘첨부2’ 참고

※ 자료출처 : 가스피아 ‘검사장비등록’ 내 [장비관리자결재] 내역 재구성

첨부 1. 기술장비 검·교정 결과 전산시스템 미등록 명세 1부.

2. 장비 관리자 변경에 따른 관리 총괄자 미보고 명세 1부.

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 ㉠지사장은

교정검사 및 수리 결과를 등록하지 않은 기술 장비 73점에 대한 교정·수리이력을 전산시스템(가스피아- ‘검교정/수리내역등록’)에 등록하여 주시고 장비관리자가 변경된 기술장비 245점의 관리자 변경 이력에 대해 공사 전산 시스템(가스피아- ‘장비등록 관리’)을 통해 관리 총괄자에게 결재받으신 후, 그 결과(교정/수리내역 등록 및 장비 관리자 변경 내역 결재 완료 화면 캡처본)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)

[첨부 1]

기술장비 검·교정 결과 전산시스템 미등록 명세

연번	자산관리 번호	장비명	관리자	교정 주기	최종 교정일 (전산 미등록)
1	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.18.
2	—	*계	AQ	3년	2024.12.18.
3	—	*계	AQ	3년	2024.12.18.
4	—	*계	AQ	3년	2024.12.18.
5	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.18.
6	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.18.
7	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.18.
8	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.19.
9	—	*측정기	AG	3년	2024.12.19.
10	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.19.
11	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.19.
12	—	*계	AQ	3년	2024.12.19.
13	—	*계	AQ	3년	2024.12.19.
14	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.19.
15	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.19.
16	—	*측정기	AF	3년	2024.12.20.
17	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.20.
18	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.20.
19	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.20.
20	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.20.
21	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.20.
22	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
23	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
24	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
25	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
26	—	*계	AQ	3년	2024.12.20. 2025.12.10.
27	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
28	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
29	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
30	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
31	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
32	—	*계	AW	3년	2024.12.20.
33	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.

※ 자료출처 : 가스피아 ‘검사장비등록’ 검교정 내역 및 ㉠지사-19(2025.1.2.), ㉠지사-320(2026.1.19.) 재구성

연번	자산관리 번호	장비명	관리자	교정 주기	최종 교정일 (전산 미등록)
34	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
35	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
36	—	*계	AY	3년	2024.12.20.
37	—	*계	AT	3년	2024.12.20.
38	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
39	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.20.
40	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.20.
41	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.20.
42	—	*측정기	AZ	3년	2024.12.20.
43	—	*측정기	AQ	3년	2024.12.20.
44	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
45	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
46	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
47	—	*계	AQ	3년	2024.12.20.
48	—	*측정기	AG	3년	2025.12.10.
49	—	*계	AZ	3년	2025.12.10.
50	—	*계	AQ	3년	2025.12.10.
51	—	*계	AQ	3년	2025.12.10.
52	—	*측정기	AQ	3년	2025.12.10.
53	—	*측정기	AG	3년	2025.12.10.
54	—	*측정기	AG	3년	2025.12.10.
55	—	*측정기	AQ	3년	2025.12.10.
56	—	*측정기	AQ	3년	2025.12.10.
57	—	*측정기	AQ	3년	2025.12.10.
58	—	*계	AQ	3년	2025.12.10.
59	—	*계	AQ	3년	2025.12.10.
60	—	*계	AQ	3년	2025.12.10.
61	—	*계	AQ	3년	2025.12.10.
62	—	*계	AQ	3년	2025.12.10.
63	—	*계	AV	3년	2025.12.10.
64	—	*계	AQ	3년	2025.12.10.
65	—	*계	AQ	3년	2025.12.10.
66	—	*측정기	AG	3년	2025.12.10.
67	—	*측정기	AQ	3년	2025.12.11.
68	—	*측정기	AQ	3년	2025.12.15.
69	—	*측정기	AJ	3년	2025.12.15.
70	—	*측정기	AQ	3년	2025.12.15.
71	—	*계	AQ	3년	2025.12.15.
72	—	*계	AQ	3년	2025.12.10.
73	—	*계	AQ	3년	2025.11.19.

[첨부 2]

장비 관리자 변경에 따른 관리 총괄자 미보고 명세

연번	자산번호	장비명	변경일자	前 관리자	後 관리자	확인 결과
1	-	*검지기	2025.01.22.	AP	AQ	관리자 변경 내용 관리총괄자 미보고 (결재 미상신)
2	-	*검지기	2025.01.22.	AP	AQ	"
3	-	*측정기	2025.01.22.	AP	AQ	"
4	-	*계	2025.01.22.	AP	AQ	"
5	-	*계	2025.01.24.	AF	AN	"
6	-	*계	2025.01.24.	AN	AF	"
7	-	*측정기	2025.01.24.	AQ	AJ	"
8	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	AJ	"
9	-	*계	2025.01.24.	AO	AQ	"
10	-	*계	2025.01.24.	AQ	AO	"
11	-	*측정기	2025.01.24.	BD	AQ	"
12	-	*검지기	2025.01.24.	AY	AQ	"
13	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	AN	"
14	-	*검지기	2025.01.24.	AN	AQ	"
15	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	AU	"
16	-	*검지기	2025.01.24.	AU	AQ	"
17	-	*계	2025.01.24.	AQ	AT	"
18	-	*계	2025.01.24.	AT	AQ	"
19	-	*측정기	2025.01.24.	AQ	AI	"
20	-	*측정기	2025.01.24.	AI	AQ	"
21	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	BB	"
22	-	*측정기	2025.01.24.	BE	AQ	"
23	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	AN	"
24	-	*검지기	2025.01.24.	AN	AQ	"
25	-	*측정기	2025.01.24.	AQ	AJ	"
26	-	*검지기	2025.01.24.	AT	AQ	"
27	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	BA	"
28	-	*계	2025.01.24.	AQ	AY	"
29	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	AY	"
30	-	*측정기	2025.01.24.	AJ	AY	"
31	-	*측정기	2025.01.24.	AJ	AQ	"
32	-	*측정기	2025.01.24.	AQ	AJ	"
33	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	AZ	"

※ 자료출처 : 가스피아 '검사장비등록' 장비관리자 결재 내용 재구성

연번	자산번호	장비명	변경일자	前 관리자	後 관리자	확인 결과
34	-	*장비	2025-08-08	BF	BG	관리자 변경 내용 관리총괄자 미보고 (결재 미상신)
35	-	*검지기	2025.01.24.	AZ	AQ	"
36	-	*계	2025.01.24.	AN	AQ	"
37	-	*검지기	2025.01.24.	AN	AQ	"
38	-	*측정기	2025.01.24.	AN	AQ	"
39	-	*측정기	2025.01.24.	AO	AQ	"
40	-	*검지기	2025.01.24.	AD	AQ	"
41	-	*측정기	2025.01.24.	AD	AQ	"
42	-	*측정기	2025.01.24.	AH	AQ	"
43	-	*계	2025.01.24.	AO	AQ	"
44	-	*검지기	2025.01.24.	AO	AQ	"
45	-	*계	2025.01.24.	AH	AQ	"
46	-	*검지기	2025.01.24.	AU	AQ	"
47	-	*검지기	2025.01.24.	AH	AQ	"
48	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	AU	"
49	-	*측정기	2025.01.24.	AD	AQ	"
50	-	*검지기	2025.01.24.	AH	AQ	"
51	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	AU	"
52	-	*검지기	2025.01.24.	AU	AQ	"
53	-	*측정기	2025.01.24.	AG	AQ	"
54	-	*측정기	2025.01.24.	AQ	AG	"
55	-	*측정기	2025.01.24.	AQ	AA	"
56	-	*계	2025.01.24.	AQ	AA	"
57	-	*검지기	2025.01.24.	AQ	AA	"
58	-	*측정기	2025.01.24.	AX	AQ	관리자 변경 내용 관리총괄자 미보고 (담당자 전결 처리)
59	-	*측정기	2025.01.24.	AX	AQ	"
60	-	*측정기	2025.01.24.	AX	AQ	"
61	-	*측정기	2025.01.24.	AX	AQ	"
62	-	*장비	2025.01.24.	AX	AQ	"
63	-	*검지기	2025.01.24.	AX	AQ	"
64	-	*판독기	2025.01.24.	AX	AQ	"
65	-	*측정기	2025.01.24.	AX	AQ	"
66	-	*장비	2025.01.24.	AX	AQ	"
67	-	*장비	2025.01.24.	AX	AQ	"
68	-	*장비	2025.01.24.	AX	AQ	"
69	-	*장비	2025.01.24.	AX	AQ	"
70	-	*장비	2025.01.24.	AX	AQ	"

연번	자산번호	장비명	변경일자	前 관리자	後 관리자	확인 결과
71	-	*측정기	2025.01.24.	AX	AQ	관리자 변경 내용 관리총괄자 미보고 (담당자 전결 처리)
72	-	*검지기	2025.01.24.	AX	AQ	"
73	-	*검지기	2025.01.24.	AM	AL	"
74	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
75	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
76	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
77	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
78	-	*측정기	2025.01.24.	AM	AL	"
79	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
80	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
81	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
82	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
83	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
84	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
85	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
86	-	*무전기	2025.01.24.	AM	AL	"
87	-	*무전기	2025.01.24.	AM	AL	"
88	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
89	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
90	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
91	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
92	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
93	-	*장갑	2025.01.24.	AM	AL	"
94	-	*장갑	2025.01.24.	AM	AL	"
95	-	*장갑	2025.01.24.	AM	AL	"
96	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
97	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
98	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
99	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
100	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
101	-	*장비	2025.01.24.	AM	AL	"
102	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
103	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
104	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
105	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
106	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"

연번	자산번호	장비명	변경일자	前 관리자	後 관리자	확인 결과
107	-	*장비	2025.01.24.	AL	AQ	관리자 변경 내용 관리총괄자 미보고 (담당자 전결 처리)
108	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
109	-	*계	2025.01.24.	AM	AL	"
110	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
111	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
112	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
113	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
114	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
115	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
116	-	*판독기	2025.01.24.	AL	AQ	"
117	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
118	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
119	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
120	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
121	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
122	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
123	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
124	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
125	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
126	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
127	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
128	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
129	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
130	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
131	-	*장비	2025.01.24.	AL	AQ	"
132	-	*장비	2025.01.24.	AL	AQ	"
133	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
134	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
135	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
136	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
137	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
138	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
139	-	*호흡기	2025.01.24.	AL	AQ	"
140	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
141	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
142	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
143	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
144		*장비	2025.01.24.	AL	AQ	"

연번	자산번호	장비명	변경일자	前 관리자	後 관리자	확인 결과
145	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	관리자 변경 내용 관리총괄자 미보고 (담당자 전결 처리)
146	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
147	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
148	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
149	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
150	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
151	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
152	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
153	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
154	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
155	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
156	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
157	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
158	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
159	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
160	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
161	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
162	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
163	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
164	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
165	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
166	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
167	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
168	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
169	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
170	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
171	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
172	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
173	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
174	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
175	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
176	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
177	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
178	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
179	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
180	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
181	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"

연번	자산번호	장비명	변경일자	前 관리자	後 관리자	확인 결과
182	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	관리자 변경 내용 관리총괄자 미보고 (담당자 전결 처리)
183	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
184	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
185	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
186	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
187	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
188	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
189	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
190	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
191	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
192	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
193	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
194	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
195	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
196	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
197	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
198	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
199	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
200	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
201	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
202	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
203	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
204	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
205	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
206	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
207	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
208	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
209	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
210	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
211	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
212	-	*측정기	2025.01.24.	AL	AQ	"
213	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
214	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
215	-	*계	2025.01.24.	AL	AQ	"
216	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
217	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"
218	-	*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	"

연번	자산번호	장비명	변경일자	前 관리자	後 관리자	확인 결과
219	-	수소*검지기	2025.01.24.	AL	AQ	관리자 변경 내용 관리총괄자 미보고 (담당자 전결 처리)
220	-	*장비	2025.01.24.	AL	AQ	"
221	-	*장비	2025.01.24.	AL	AQ	"
222	-	*장비	2025.01.24.	AL	AQ	"
223	-	*계	2025.02.03.	AL	AQ	"
224	-	*계	2025.02.03.	AL	AQ	"
225	-	*측정기	2025.02.03.	AL	AQ	"
226	-	*검지기	2025.02.03.	AL	AQ	"
227	-	*측정기	2025.02.03.	AL	AQ	"
228	-	*측정기	2025.02.03.	AL	AQ	"
229	-	*측정기	2025.02.03.	AL	AQ	"
230	-	*측정기	2025.02.03.	AL	AQ	"
231	-	*측정기	2025.02.03.	AL	AQ	"
232	-	*측정기	2025.02.03.	AL	AQ	"
233	-	*측정기	2025.02.03.	AL	AQ	"
234	-	*측정기	2025.02.28.	AL	AQ	"
235	-	*측정기	2025.02.28.	AL	AQ	"
236	-	*측정기	2025.03.12.	AL	AQ	"
237	-	*측정기	2025.03.12.	AL	AQ	"
238	-	*측정기	2025.03.20.	AL	AQ	"
239	-	*검지기	2025.03.20.	AL	AQ	"
240	-	*검지기	2025.03.31.	AL	AQ	"
241	-	*검지기	2025.04.03.	AL	AQ	"
242	-	*장비	2025.04.16.	AL	AQ	"
243	-	*계	2025.04.16.	AL	AQ	"
244	-	*계	2025.04.21.	AL	AQ	"
245	-	*계	2025.04.21.	AL	AQ	"
246	-	*장비	2025.05.28.	AL	AQ	"
247	-	*측정기	2025.05.28.	AL	AQ	"
248	-	*측정기	2025.05.29.	AL	AQ	"
249	-	*검지기	2025.05.29.	AL	AQ	"
250	-	*검지기	2025.06.20.	AL	AQ	"
251	-	*검지기	2025.06.30.	AL	AQ	"
252	-	*측정기	2025.07.02.	AL	AQ	"
253	-	*검지기	2025.07.02.	AL	AQ	"
254	-	*검지기	2025.07.08.	AL	AQ	"
255	-	*검지기	2025.07.15.	AL	AQ	"
256		*검지기	2025.10.01.	AL	AQ	"

연번	자산번호	장비명	변경일자	前 관리자	後 관리자	확인 결과
257	-	*검지기	2025.10.01.	AL	AQ	관리자 변경 내용 관리총괄자 미보고 (담당자 전결 처리)
258	-	*검지기	2025.10.01.	AL	AQ	"
259	-	*측정기	2025.10.01.	AL	AQ	"
260	-	*계	2025.11.17.	AL	AQ	"
261	-	*측정기	2025.11.17.	AL	AQ	"
262	-	*장비	2025.12.17.	AL	AQ	"
263	-	*계	2025.12.17.	AL	AQ	"
264	-	*계	2025.12.30.	AL	AQ	"
265	-	*계	2025.12.30.	AL	AQ	"
266	-	*계	2025.12.30.	AL	AQ	"
267	-	*계	2026.01.21.	AL	AQ	"
268	-	*검지기	2026.01.21.	AL	AQ	"
269	-	*장비	2026.01.21.	AL	AQ	"
270	-	*측정기	2026.01.21.	AL	AQ	"
271	-	*계	2026.01.21.	AL	AQ	"
272	-	*계	2026.01.21.	AL	AQ	"
273	-	*계	2026.01.21.	AL	AQ	"
274	-	*검지기	2026.01.21.	AL	AQ	"
275	-	*계	2026.01.21.	AH	AQ	"
276	-	*측정기	2026.01.21.	AQ	AJ	"
277	-	*검지기	2026.01.21.	AQ	AJ	"
278	-	*검지기	2026.01.21.	AQ	AU	"
279	-	*측정기	2026.01.23.	AY	AN	"
280	-	*계	2026.01.23.	AQ	AJ	"
281	-	*검지기	2026.01.26.	AQ	AJ	"
282	-	*계	2026.01.26.	AY	AN	"
283	-	*계	2026.01.27.	AL	AH	"
284	-	*검지기	2026.01.27.	AU	AH	"
285	-	*검지기	2026.01.27.	AY	AN	"
286	-	*검지기	2026.01.28.	AQ	AB	"
287	-	*측정기	2026.01.28.	AQ	AW	"
288	-	*검지기	2026.01.28.	AQ	AW	"
289	-	*계	2026.01.28.	AQ	AW	"
290	-	*계	2026.01.28.	AQ	AB	"
291	-	*측정기	2026.01.28.	AQ	AB	"
292	-	*검지기	2026.02.06.	AQ	AN	"
293	-	*검지기	2026.02.10.	AQ	AR	"