

1. 판단 기준

공단 〇〇〇〇원 〇〇〇〇부는 실험실 측정분석의 정도관리를 위하여 「품질문서」를 제정(20XX. X. XX.)하여 운영하고 있다. 「품질문서」의 “품질지침서 - 표준물질관리(KECO-D-QW-05)”에 따르면 인증표준물질은 인증표준물질 관리목록(KECO-D-QW-05-01)에 등재하여 관리하고, 인증표준물질의 사용내역은 표준물질 관리대장*(KECO-D-QW-05-02)에 기록하여 관리하도록 정하고 있다.

* 표준물질 관리대장: 매월 기술책임자의 서명을 받도록 함(서식 내 서명란 포함)

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나 “2022년 하계 휴가기간 공직기강 복무감사” 중 〇〇〇〇원 〇〇〇〇부(◆◆시 ◇◇ 소재)를 방문하여 실험실 관리 실태를 점검한 결과, 표준물질 관리대장에 아래와 같이 미흡한 점을 확인하였다.

- 2021년 12월까지의 표준물질 관리대장(문서철)은 인증표준물질의 사용내역이 기록되고 기술책임자의 서명을 받는 등 「품질문서」에 따라 적합하게 관리되었으나,
- 2022년 1월부터 감사일 현재까지는 표준물질 관리대장을 문서로 출력하지 않고 전자파일(엑셀)로만 관리하고 있었고, 그에 따라 매월 기술책임자의 확인 서명을 받지 않았다.

3. 관계부서 의견 및 검토결과

의견 없음

4. 조치할 사항 〇〇〇〇원장은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 실험실 측정분석의 정도관리를 철저히 하시기 바라며, 2022년 1월부터 현재까지의 표준물질 관리대장을 점검·확인(서명)하는 등 적정하게 조치하시기 바랍니다. 【시 정】