

일련번호	△△△-4
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 07. 15.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : AED 설치 표지 및 보관함에 비상연락처 부착 필요

(현 황)

- 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 의거 자동심장충격기 설치시에는 스탠드형, 벽걸이형 등 일정 규격의 고정형 보관함에 보관하고, 보관함 외부에 보관함임을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)를 부착하며, 보관함 내부에는 사용방법 안내문과 정기점검 체크리스트를 함께 비치하도록 하고 있음. 또한 고정형 자동심장충격기가 설치된 건물 입구와 내부에는 자동제세동이 설치되어 있음을 알 수 있도록 국제표준화기구 표준안에 근거한 설치안내(방향표시 등) 표지를 부착하여야 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△에서는 탐방서비스 제공을 위해 탐방안내소를 조성·운영 중에 있으나, 탐방객 응급상황(심정지 등)을 대비해 AED(자동심장충격기)를 설치 운영 중임에도 AED 설치 표지 및 보관함에 비상연락처(담당자 등)을 미부착해 놓음

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - AED 설치 표지 및 보관함에 비상연락처(담당자 등) 부착