

감사결과처분(요구)서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각 1개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 수질 측정 소모품 관리·운영 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 보전정책부-1822호(2019.07.05.) 「수질 및 수질측정망 관리 철저」 및 보전정책부-436호 「2020년도 수질측정망 운영계획 시달」에서는 공원 내 수질측정망 운영을 통한 수생태계의 효율적 보전을 위하여 수질 및 수질측정망 관리에 만전을 기하도록 하고 있으며, 또한 수질측정망에 대하여 지속적인 모니터링을 실시하도록 하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- 유효기간 만료된 수질 측정 소모품(채수병) 현황

(2019.06.15.~2020.07.감사일 현재.)

구분	품목	구매일	구매수량	제조일	유효기간	사용내역		미사용내역		비고
						사용일	사용수량	잔량	유효기간 만료여부	
2	무균채수병 4L	2018.11.27.	17	2018.08.10.	멸균일로부터 3년	2019.05.27.	1	16	○	폐기처분 필요
						2019.06.18.	2	14		
						2019.07.04.	2	12		
						2019.07.19.	1	11		
						2019.09.26.	1	10		

- △△△△△△△△△△는 수질 업무를 추진함에 있어 무균채수병을 구매·사용하면서 유효기간이 만료된 무균채수병의 경우 폐기처분하는 등 수질 측정 소모품을 효율적으로 관리·운영하여 함에도, 2022년 7월 감사일 현재 무균채수병(4리터) 10개가 이미 유효기간 만료되었으나 그대로 보관하고 있는 등 수질 측정 소모품 관리·

운영을 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - － 유효기간 만료된 수질 측정 소모품(채수병) 폐기
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - － 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련