

일련번호	△△△-7
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하
니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바
랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하
기 바랍니다.

2022. 03. 18.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △	2022	현지조치	-	-

제 목 : AED보관함 비상 연락처(담당부서 및 담당자 등) 부착 필요

(현 황)
○ 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 의거 보관함 외부에 보 관함임을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)를 부착하도록 함.

(위법부당내용)
○ △△△△△△△△△ △△분소에서는 탐방서비스 제공을 위해 △△탐방지원센터를 운영 중에 있 으나, 심정지 등 응급상황을 대비해 설치한 AED 보관함에 비상연락처(담당부서 및 담당자 등)가 미부착 되어 있는 실정으로 관련 자료 부착이 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - AED보관함 비상 연락처(담당부서 및 담당자 등) 부착 필요