

일련번호	△△△△△△-7
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2022년도 종합감사시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 02. 24.

국립공원공단 감사만장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △ △ △ △	2022	현지조치	-	-

제 목 : AED보관함 정·부 성명 및 연락처 부착 필요

(현 황)

- 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 의거 보관함 외부에 보관함임을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당 부서, 담당자 등)를 부착하도록 함.

(위법부당내용)

- △ △ △ △ △ △ △ △은 응급상황을 대비하여 스탠드형, 벽걸이형 자동심장충격기(AED)를 운영 중에 있으나, 보건복지부 AED 관련 가이드라인에

의거 보관함에 담당자 부서 및 담당자, 비상연락처 등을 부착하여 운영할 필요가 있음.(현재 미부착 상태)

- 현황사진



AED보관함 현황(연락처 등 미부착)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△△△△△△】
- AED 보관함 담당자 및 비상연락처 등 부착 필요