

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□□□□□ (□□□□□□□□)	처분요구일자	2017. 1. 16.	회신기일	2017. 2. 15.

□□□□□□□□
(행정상 통보)

제 목 연구장비 사용 · 수리내역 등 이력관리 필요
관 계 기 관 □□□□□□□□
내 용

1. 업무기준

- 공단 「물품관리규칙」 제18조(물품의 운용)에 따라 물품운용담당은 물품사용자가 물품을 적절히 사용하도록 지도 감독하여야 하고, 제9조(물품사용자의 의무)에 따라 물품사용자는 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 함

2. 현황 및 개선점

- □□□□□□□□에서는 현장여건의 정밀분석 및 연구를 위하여 최대 2억원 이상의 고가 장비를 운용하고 있고, 분석장비의 경우 적기에 보정 또는 소모품 교체 등을 하지 않을 경우 분석결과에 오류가 발생할 수 밖에 없음
- 또한 연구업무의 특성상 직원의 입 · 퇴사가 현원의 25%에 달할 정도로 인적 변화가 많은 실정으로 적절하고 충분한 인수인계가 반드시 필요함

[□□□□□□□□ 직원 입 · 퇴사 현황]

(단위 : 명)

구분	정원	현원	입사	퇴사	휴직	비고
계	226	212	36	17	2	
2014	69	65	10	6	-	
2015	73	68	12	9	1	
2016	84	79	14	2	1	

- 따라서, 연구 장비별로 주기별 보정(calibration), 소모품 교체내역, 사용이력, 수리내역 등을 기록 · 보관하여야 체계적인 관리 및 분석오류를 감소시킬 수 있을 것임

3. 조치계획

○ 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□□□□□】

- 센터별 현황 및 타 기관 사례를 참조하여 측정·분석장비를 대상으로 장비관리 이력을 기록·관리

※ 모든 연구장비를 대상으로 할 경우 업무부하가 가중될 수 있으므로 사용자가 여러명이거나 사용자가 변경되었을 경우 혼란이 야기되는 종류를 선정하여 시행하는 방안을 검토