

일련번호	△△△-09
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2016년도 △△△국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2016. 5. 13.

국립공원관리공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2016	현지조치	-	-

제 목 : 수질측정 실험실 환기시설 미설치

(현 황)

- 공단 수질측정 및 실험실 운영 지침(보전정책부-1297, 2015.4.29)에 의거 실험실은 안전을 위해 유기용제 사용 시 등에는 수시로 환기를 시키고, 화학물질 사용 후에는 전체 환기를 실시하도록 하고 있음

(위법부당내용)

- △△△국립공원사무소의 경우 관리사무소 2층에 36㎡ 규모의 수질측정 실험실을 운영하고 있으나 상시 환기시설이 설치되어 있지 않고 실험 후 창문개방을 통한 전체환기만 실시하고 있어, 실험 실시 중에 발생할 수 있는 호흡기 또는 피부를 통한 중독 및 안전사고에 취약하게 운영하고 있음

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 수질측정실험실 내 환기시설 설치