

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△ (▲▲▲▲부)	처분요구일자	2016.06.30.	회신기일	2016.12.29.

▲▲▲▲부
(행정상 권고)

제 목 미활용 수질분석장비 관리 부적정
관 계 기 관 ▲▲▲▲부
내 용

1. 현 황 (미활용 수질분석장비 현황)

장비명	모델	구입일자	구입금액	용도	비고
COD 측정기	***-***	2005.09.01	6,653,000	COD(화학적 산소요구량 측정)	해수오염 측정에 주로 사용
Multi Purpose Centrifuge	*****-	2007.12.04	2,750,000	원심분리기	수질분석 시 불필요
Water Baths	*****	2006.09.22	385,000	항온수조 (물 온도 조절)	수질분석 시 불필요
DO-meter	**-****	2006.09.22	1,485,000	DO(용존산소) 측정	장비 노후
시료 자동 분취기	*****	2006.12.11	609,000	수질 시료를 자동으로 분취	장비 노후
PIPET CLEANING SET	**** : **X***	2007.12.17	398,310	피펫 세척장치	장비 노후

2. 지적내용

- 공단 「2007년 수질측정기기 구축사업(보전팀-1303호, 2007.08.03.)」에 따라 8개 수질분석 사무소(지리산 설악산 속리산 덕유산 북한산 소백산 월출산 변산반도)에 대하여 수질실험실을 구축 운영하였으며, △△△국립공원사무소는 공단 「2010년도 국립공원 수질측정망 운영 계획(자원보전팀-569, 2010. 3.16.)」에 따라 덕유산국립공원사무소에서 수질분석과 관련된 장비를 모두 이관 받아 2010년 5월부터 수질분석 사무실을 운영하고 있음
- △△△국립공원사무소에서는 수질분석실험실 운영효율화를 위해 2010년 5월 덕유산 국립공원사무소에서 이관 받은 수질분석 장비 19종 중 COD측정기 및 원심분리기 등 6종의 장비를 최근 3년간 수질분석을 위해 활용한 실적이 없는 상태로 수질실험실에 보관하고 있는 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (장기조치 : 6개월 이내) 【▲▲▲▲부】
 - 수질측정사무소 전체 장비에 대한 보유기간, 성능, 현재 활용도 및 필요성 등을 조사하여 재배치 또는 활용도 개선 등을 추진