

일련번호	△△△-01
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 △△△국립공원사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다

2021.02.10.

국립공원공단 감사반장 김 양 겹 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2021	현지조치	-	-

제 목 : 코로나 19 방역 관련 비접촉식 체온계 관리 필요

(현 황)

- ○○○○○부-(2020.07.22.)호는 코로나19 관련 국립공원 내 감염예방(방역) 현장 관리 철저 사항을 알림
- 공단은 사업장내 방역조치를 위해 사업장 등에 매일 비접촉식 체온계나 열화상카메라 등으로 발열 등 증상여부 확인에 하고 있음

(위법부당내용)

- △△△국립공원사무소에서 코로나19 방역 조치와 관련, 사무소 입구에 비치

된 비접촉식 체온계의 경우 배터리 부족으로 측정 오류가 발생하는 등 소모성부품에 대하여 관리를 소홀히 한 사실이 있음



배터리 부족에 따른 비접촉식 체온계 측정 오류

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 사무소 입구에 비치된 비접촉식 체온계 배터리 상태 점검 및 부족시 교체 등의 조치 필요