

번호	건명 및 내용	처분	관련부서 (기관)
40	■ 계측기 검·교정 관리 불철저 ○ 내 용 공사(公社)는 제품 생산, 연구 개발 등 신뢰성을 확보하기 위해 측정 및 분석에 필요한 계측시스템을 유지 및 관리하고 있다. 「품질경영 규정」 제22조(계측시스템 관리)에 따르면 계측기는 정기적으로 검정 및 교정을 실시하여 그 결과를 기록 관리하도록 되어 있고, 이에 따라 각 기관은 계측기 교정 결과를 ○○○○통합시스템에 기록하여 계측기의 신뢰성 확보를 위한 이력관리를 하고 있다. 그런데 20XX. XX. X. 감사일 현재 계측기 검·교정 결과를 확인한 결과 ○○○○통합시스템에 교정 내역이 현행화 되지 않는 등 기록 관리가 미흡한 사실을 확인하였다. ○ 조치할 사항 － ○○○○통합시스템에 계측기 교정내역을 현행화하도록 시정	현지 시정	★★★★처 ○○본부 ●●본부 ◇◇◇◇원