

일련번호	〇〇〇-07
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 〇〇〇국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 9. 6.

국립공원공단 감사반장 〇 〇 〇 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
〇 〇 〇	2019	현지조치	-	-

제 목 : 본소 등에 배치한 자동심장충격기 관리카드 미비치

(현 황)

- 공단 「응급처치·구조장비 보유기준 및 운용지침」의 자동심장충격기(AED) 운용 및 관리기준 제4조에 따라 AED의 설치위치, 모델명, 제조일자, 관리책임자, 전극패드 등 부속물의 교체, 사용이력 등이 기록된 관리카드의 작성 및 보관을 하도록 되어 있고, 「자동심장충격기(AED) 등 응급처치 및 구조장비 운영을 철저(안전대책부-338호, 2017.03.15.)」로 사용이력 및 소모품 교체 등의 관리에 만전을 기하도록 지시하였음.

○ ○○○국립공원사무소에서는 본소 등에 탐방안내소에 배치한 자동심장충격기(AED)함에 부속물(배터리 및 패드)의 교체이력 등을 기록하는 관리카드를 비치하지 않음

[illegible]

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○국립공원사무소】
- 자동심장충격기 관리카드 작성·비치