

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원 시 정 요 구

제 목 자동심장충격기(AED) 설치 위치 안내표지판 부착 필요

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 □부(◆부속의원)

내 용

1. 업무 개요

◆본부 □부(◆부속의원)는 평시·재난비상 시에 사내 부속의원 업무와 의료 물자 및 장비 관리를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생 위한 응급장비의 구비 등의 의무) 제④항, 보건복지부 지침 「자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침」(제6판, 20⁰⁰. 7.)

II. 자동심장충격기의 설치(설치 안내 표시 의무화)에 따르면, “자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 설치한 자는 해당 시설 등의 출입구 또는 여러 사람이 보기 쉬운 곳에 사용에 관한 안내표지판을 부착하여야 한다.” 고 되어 있고, “자동심장충격기가 설치된 건물 내부에서도 필요한 사람들이 신속하게

이용할 수 있도록 자동심장충격기의 설치 장소·위치를 쉽게 알 수 있는 유도 안내판을 아래 [그림]과 같이 설치하여야 한다.” 고 되어 있다.

[그림] 자동심장충격기(AED) 설치 위치 안내표지판(예시)



한편, 자동심장충격기(AED, Automated External Defibrillator)는 심실 세동이나 심실 빈맥으로 심정지가 되어 있는 환자에게 전기 충격을 주어서 심장의 정상 리듬을 가져오게 해주는 도구로, 심정지를 동반한 응급환자 발생 시 골든타임³³⁾ 확보를 위해 철저한 관리와 점검이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부의 자동심장충격기(AED) 관리 및 점검내역을 확인한 결과, 본부에서는 현재 총 50대의 자동심장충격기(AED)를 설치하여 운영 및 관리하고 있는데, 건물 내부 출입구 또는 누구나 보기 쉬운 곳에 안내 표지판이 전혀 부착되어 있지 아니하여 이에 대한 즉각적인 조치가 필요하다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 자동심장충격기(AED) 설치 위치 안내표지판을 즉시 부착하여 ◆본부 건물 내에서 누구나 쉽게 인지할 수 있도록 조치하겠다고 하였다.

33) 응급환자의 소생률을 높이기 위한 시간으로 심정지 환자 발생 후 최초 5분을 의미

조치할 사항 ◇본부장은

관련 법률 및 지침에 따라 누구나 쉽게 본부 건물 내에 설치되어 있는 자동심장
충격기(AED)의 존재를 알 수 있고 응급환자 발생 시에 신속하게 바로 이용할 수
있도록 자동심장충격기(AED)의 설치 장소와 위치를 알려주는 안내표지판을 즉시
부착하시기 바랍니다.(시정 1)