

3. 현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사1부장

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
1	○ 자동심장충격기(AED) 월간 점검 일부 누락(☒부) 자동심장충격기(AED, Automated External Defibrillator)는 심실세동이나 심실빈맥으로 심정지가 되어 있는 환자에게 전기충격을 주어서 심장의 정상 리듬을 가져오게 해주는 도구로, 심정지를 동반한 응급환자 발생 시에 골든타임* 확보를 위해 중요하기에 철저한 관리와 점검이 필요함. * 응급환자의 소생률을 높이기 위한 시간으로 환자 발생 후 최초 5분 의미 - 「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무) 제③항에 따르면, · 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 설치한 자는 해당 응급장비를 매월 ○회 이상 점검하도록 되어 있다. - 그러나 감사기간 ■본부에 설치된 자동심장충격기의 월간 점검내역을 확인한 결과, · 월간 점검이 누락된 기기를 1개 확인하였고, 이에 대한 조치가 필요하다.	월간 점검('**. **.)이 누락되어 있는 자동심장충격기(AED)에 대하여 즉시 점검 조치할 것	결과회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
2	○ 시설물 유지관리 계획 미수립(☐처 ◆부) - 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제9조(사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무) 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제10조(공중이용시설·공중교통수단 관련 안전보건 관리체계 구축 및 이행에 관한 조치)에 따르면, · 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치를 하여야 하고, 그 구체적인 조치사항을 요약하면 아래와 같다. 1. (인력) 중대시민재해 예방을 위한 의무이행 인력 배치 2. (예산) 중대시민재해 예방을 위한 의무이행 예산의 확보 3. (안전점검 계획) 안전·보건 관계 법령에 따른 안전점검 계획 수립 및 수행 4. (안전계획) 공중이용시설에 대한 안전 및 유지관리계획 수립 및 이행 - 연 ○회 이상 안전계획 수립 및 이행(단, 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따른 안전 및 유지관리계획을 수립한 경우 그것으로 대체) 5. (점검) 위 1~4가지에서 규정한 사항 반기 ○회 이상 점검 및 점검결과에 따라 필요시 추가 조치 - 또한, 「토건시설물 안전 및 유지관리(본사, 원전본부, 특수사업소)」(표준지침-++++) 7.3항(제3종 및 종외 시설물에 대한 안전 및 유지관리 지침)에 따르면, · 시설관리 담당자는 매년 **, **. 전까지 각 소관 시설물에 대한 시설물 관리계획을 작성하여 본사 담당자에게 제출하도록 되어 있고, 본사 담당자는 제출된 시설물 관리계획을 검토 및 조정하여 매년 **월 **일 전까지 FMS(국토교통부 시설물통합정보관리 종합시스템)를 이용하여 제출하여야 한다. - 그러나 ■본부에서 관리하고 있는 시설물에 대한 안전 및 유지관리 계획을 검토한 결과, · 공중이용시설인 ■본부 사옥의 경우, 20**년도 시설물 안전 및 유지관리계획을 수립하지 않은 사실이 확인되어 이에 대한 재발방지방안 마련이 필요하다.	매년 **월 말일 전까지 각 소관시설물에 대한 시설물 관리계획이 수립될 수 있도록 재발방지방안(관련 규정에 대한 교육)을 마련할 것	결과회보 불요