

일련번호	2024-03
수령자	수도권서부환경본부 ♣♣♣♣♣처장

현지조치 요구서

2024년도 수도권서부환경본부 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이전에 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치 요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 감사규정 제28조 규정에 의하여 이의신청하시기 바랍니다.

2024. 4. 25.

소 관	시행년도	처분종류	금 액	인 원
감사실 감사부	2024년	현지조치(시정)	-	-

제 목 : 자동심장충격기(AED) 점검에 관한 사항

(현 황)

○○○팀-000(0000. 0. 0.)호 「지역본부 자동제세동기(AED) 구매 알림」에 따라, 관리 중인(자산번호 _____, 신고 기기 고유번호 _____) 자동심장충격기(AED, 이하 “AED”라 함) 0대가 수도권서부 청사 0층에 설치되어 있다.

응급의료법 등에 따르면, ‘설치된 응급장비는 책임자를 두어 매월 1회 이상 점검하고 응급장비의 관리에 관한 서류를 비치·보관하여야 한다’고 되어 있고, 보건복지부 지침에 따르면, ‘의무신고기관 외에 설치된 AED도 관련 법령에 준하여 관리를 따라야 한다’고 되어있다.

(위법부당내용)

수도권서부환경본부 ♣♣♣♣♣처 ♠♠♠♠♠♠♠부에서는 관리책임자가 변경(‘00.0월)되면서 즉시 장비에는 책임자 현황표를 부착하여 반영하였으나, 설치된 AED에 대하여 매월 0회 이상 점검해야하는 정기점검과 관련하여, 전 임자가 수행한 점검(‘00년 0월) 후에 ‘00년 0월부터 현장확인일(‘00.0.00.)까지 0개월 간 관리시스템 또는 앱(App)을 통해 장비 점검 후 장비상태, 책임자 변경 여부 등이 반영된 점검결과를 관할 보건소에 보고한 사항이 부재하였고, 앱(App)에도 최근 0개월 간 미점검으로 표출되고 있었다.

(조치할 사항)

♠♠♠♠♠♠♠부는 0000년 0월 정기점검을 즉각적으로 실시하여 관할 보건소에 보고하고, AED 관리를 매월 철저히 수행하시기 바랍니다.