

통 보

1. 제 목 : 방사선 피폭선량 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○병원에서는 방사선 관계 종사자 피폭선량 측정을 위하여 연간 피폭선량 측정 용역 계약을 체결하고, 분기별 피폭선량 측정 및 판독을 통한 종사자 피폭 관리를 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」제37조, 제92조 및 같은 법 시행령 제45조(별표 2), 「진단용방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」제3조 및 제4조, 12조 따르면 의료기관 개설자나 관리자가 진단용 방사선 발생장치를 설치한 경우에는 안전관리책임자를 선임하여 방사선 관계 종사자에 대한 피폭관리를 하고,

방사선 관계 종사자의 피폭선량 측정을 신청할 때에는 측정 대상에 해당하는 자를 누락하지 아니하도록 규정하고 있습니다.

또한, 시장·군수·구청장은 의료기관 개설자나 관리자가 방사선 관계 종사자에 대한 피폭관리를 실시하지 아니할 경우에는 일정한 기간을 정하여 그 시설·장비 등의 전부 또는 일부의 사용을 제한 또는 금지하거나 위반한 사항을 시정하도록 명할 수 있으며, 300만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 관련 법에 따라, 진단용 방사선 안전관리책임자를 두고 [표 1]와 같이 방사선 관계 종사자에 대한 피폭관리 업무를 대상자의 누락 없이 수행해야 합니다.

[표 1] 안전관리책임자의 직무(제11조)

1. 안전관리업무의 계획·점검 및 평가
2. 소속 방사선 관계 종사자에 대한 자체교육훈련의 실시
3. 환자 및 방사선 관계 종사자에 대한 방사선 피해로부터의 방호조치
4. 진단 영상정보 관련 설비의 안전관리
5. 피폭선량 측정에 영향을 미치는 방사선 관계 종사자의 소속 변동사실의 측정기관에의 통보
6. 방사선 관계 종사자의 피폭선량 측정에 영향을 미치는 피폭선량계의 파손 및 분실사실의 측정기관에의 통보
7. 진단용 발생장치 신고와 검사 또는 측정에 관한 사항
8. 진단용 방사선 발생장치, 방사선 관계 종사자 및 방사선 방어시설에 관한 서류의 작성·비치 및 보존에 관한 사항

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘20년 ~ ’21.10월까지 ○○보훈병원 방사선 관계 종사자에 대한 피폭선량 측정 현황을 점검한 결과, [표 2]와 같이 치과의 경우 치위생사 전 인원(##명)이 표준촬영, 파노라마 촬영, CT 등 방사선 피폭 관련 업무를 하고 있어 피폭선량 측정 대상이고, 그에 따라 특수부서(방사선 피폭노출) 수당을 전원이 받고 있음에도, 치과위생사 ##명 중 #명만을 선별하여 방사선 피폭선량을 측정해오고 있습니다.

[표 2] 방사선 관계 종사자 피폭관리 현황

총 측정 인원			* 측정 대상 세부 인원 (‘21.2분기)
연 도	기 간	측정인원	
2020	1분기		
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2021	1분기		
	2분기		

4. 관계기관 의견

○○보훈병원에서는 감사결과를 수용하면서 앞으로 대상자가 누락되지 않도록 관리를 철저히 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○보훈병원장은

- 방사선 피폭선량 측정 검사에서 제외된 치과 치위생사를 피폭선량 측정 기관에 통보하고 피폭선량 측정 및 관리를 하시기 바랍니다.(통보)