

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [20] 측정 및 시험장비 관리 미흡

관 계 부 서 ○소 ㉠부

조 치 부 서 ○소 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

○소 ㉠부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, 오실로스코프 등 #종의 시험장비를 보유 및 유지보수하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

ㄱ 표준절차서에 따르면 측정 및 시험장비를 “측정 및 시험장비 관리시스템”(Measurement and Test Equipment Management System, 이하 “MTES”라 한다)에 등록한 후 교정주기를 입력하여 교정관리를 하도록 되어 있고, 시험장비의 대출은 MTES를 통해 신청한 후 장비 사용 후 즉시 반납하도록 되어 있다.

따라서 ○소는 보유하고 있는 측정 및 시험장비 #종을 MTES에 등록하여 교정관리와 대출관리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 ○소에서 관리하고 있는 오실로스코프 등 #종의 시험장비 관리현황을 점검한 결과, MTES에 등록하여 교정주기 입력 등 교정관리는 하고 있으나, 장비 대출은 MTES에서 통해 관리하지 않고 있어 대출관리에 대한 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ○소 ㉠부는 감사결과를 수용하면서 관련절차서에 따라 MTES를 통해 시험장비의 대출을 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○소장은 보유하고 있는 #종의 시험장비에 대한 대출을 절차서에 따라 MTES에서 수행될 수 있도록 관리방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보)