

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 개선요구·통보

제 목 승강기 인증관련 시험·검사 설비 표준기 점검관리 미흡

소 관 부 서 ▲실

조 치 부 서 ▲실, ○실

내 용

1. 업무 개요

공단 기술원 ▲실에서는 승강기 모델·개별 및 부품에 대한 인증업무를 수행하고 있으며 인증업무에 필요한 시험 및 검사 설비를 운영하고 있다.

▲실에서 운영하고 있는 설비는 교정 실시 후 교정주기 2분의 1이 경과한 날의 전후 30일 이내에 중간점검을 하도록 하고 있고, 중간점검을 할 때에는 점검용 표준기¹⁾를 사용하여 점검하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

차세대 ERP에 등록된 ▲실에서 운영하고 있는 설비내역을 확인한 결과 표준기는 금속제곧은자 1개, 강제줄자 1개, 틸트게이지 2개로 확인된다.

「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 교정 및 관리지침」 제12조 제3항을 보면 점검용 표준기는 분기별 점검결과를 별지 제2호서식(점검용 표준기 일상점검 관리대장)에 기록하여 관리하도록 하고 있다.

같은 지침 제12조제2항에서는 점검관련 기록의 보존연한은 5년으로 하고 있다.

1) 표준기는 정확도가 낮은 설비의 성능을 확인하기 위해 해당 설비와 비교되는 기기

따라서, ▲실의 점검자는 설비 등에 대한 중간점검에 사용되는 표준기(금속제곤은 자, 줄자, 틸트세게이지)를 분기별 점검하고 점검결과는 점검용 표준기 일상점검 관리 대장에 기록하여 관리하여야 하며, 5년간 보존하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간(2019.11.16. ~ 2024.6.30.)동안 ▲실에서 운용하고 있는 표준기에 대한 분기별 점검결과를 확인한 결과 2024년는 점검용 표준기 분기별 점검결과를 적정하게 기록하고 관리하고 있으나 2024년 전의 분기별 점검결과를 작성하지 않았다.

인증사업을 최초 시작한 2019년에는 ▲실 1개 부서로 운영되다가 2021년2월1일부터 ◎실, ■실, ●실 3개 부서로 운영되고, 2022년2월1일부터 ◎실, ◆실 2개 부서로 운영하였으며, 2024년2월1일부터는 ▲실로 통합되다 보니 장비담당자의 잦은 변경 등으로 표준기에 대한 분기별 점검사항을 인지하지 못해서 발생한 것이 원인으로 판단된다.

그 결과, 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 교정 및 관리지침」 제12조의 점검용 표준기에 대한 분기별 점검을 하지 않았고, 점검기록의 보존연한인 5년을 위반하는 상황이 발생하였다.

관계부서 의견 ▲실은 2024년 점검용 표준기 분기별 점검결과는 장비실에 보관중이나, 2024년 이전의 표준기 점검결과는 없다는 사실을 인정하였으나 현행 내규상 업무주체에 대한 명확한 검토가 필요하다고 하며 아래와 같은 추가 의견을 제시하였다.

현행 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 교정 및 관리지침」을 소관

하는 부서는 ○실이며 “시험설비의 구입 계획 및 시행”, “구입 및 자산등록”, “입고 검수 및 등록”, “지급, 관리, 사용, 점검(일상점검, 중간점검, 교정 및 수리)” 등은 소관부서인 ○실에서 하도록 규정하고 있고, 「직제규정 시행규칙」 [별표5]의 업무분장에서 ○실은 “심사장비 및 설비 구축, 수선, 교정 관련 업무”를 담당하고 ▲실은 “승강기 인증 장비 및 설비 운영 관리 등의 업무”를 담당하도록 규정하고 있음에 따라 2개의 내규를 종합하여 볼 때 중간점검을 통한 장비의 신뢰성 확보를 위해 표준기의 점검 및 관리가 필요하다면 이는 교정과 관련된 업무에 해당하므로 ○실 단독 또는 ▲실과 협업으로 업무처리하는 것이 규정에 부합한 업무절차인 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

그러나 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리 지침」 제8조에서는 표준기는 “일상점검”에 해당하며 설비담당자가 외관 및 보관상태에 대해 주기적(분기별) 실시하여 설비의 운영 과정에서 신뢰성 유지를 위해 실시하는 것으로 해당 업무는 “승강기 인증 장비 및 설비 운영 관리 등의 업무”를 담당하는 ▲실에서 주관하는 것이 타당하며 ▲실에서 2024년 표준기에 대한 분기별 점검을 실시한 사실을 볼 때 해당 업무수행 주체가 ▲실임을 인지하고 있었다고 판단된다.

다만, 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」은 2019.10.30. 제정 이후 ▲실의 소관 내규였으나, ○팀(현재 ○실)이 신설(2020.12.23.)되면서 ▲실 소관 내규 전체가 ○실로 이전된 후 내규의 개정이 이루어지지 않아 업무수행 주체를 불명확하게 규정하고 있음에 따라 현재 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」의 소관부서인 ○실에서 승강기 인증 장비 및 설비에 대한 중간점검을 위한 ‘점검용 표준기 분기별 점검’의 업무수행 주체를 명확히 할 필요가 있다.

조치할 사항 ▲실장은

① 점검용 표준기에 대한 분기별 점검을 지침에 따라 실시하고 점검결과가 5년간 보존될 수 있도록 철저히 관리하고,[주의(부서)]

② 유사사례가 발생하지 않도록 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

○실장은 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」의 승강기 인증 장비 및 설비에 대한 중간점검을 위한 ‘점검용 표준기 분기별 점검’의 업무수행 주체를 명확히 하여 지침에 반영하시기 바랍니다.(개선)