

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 개선요구·통보

제 목 사용설비와 미사용 설비에 대한 보관 개선

소 관 부 서 ▲실

조 치 부 서 ▲실, ○실

내 용

1. 업무 개요

공단 기술원 ▲실은 인증업무에 필요한 설비를 운용하고 있으며 인증업무에 일시적으로 사용하지 않는 조건으로 교정대상에서 제외하는 경우 미사용 설비로 구분하여 보관하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 관리 규칙」 제7조제3항을 보면 미사용 설비가 발생할 경우 해당 설비를 미사용 설비 관리대장에 등록하여 이력 관리하도록 하고 있으며, 미사용 설비 표지를 부착하고 잠금장치가 있는 보관함에 보관하는 등 타 설비와 구분하여 관리도록 하고 있다.

고정자산으로 ▲실에 등록된 설비 중 38종의 설비는 미사용 설비로 구분하여 보관하고 있다.

따라서 38종의 미사용 설비는 미사용 설비 표지를 부착하고 잠금장치가 있는 보관함에 보관하는 등 타 설비와 구분하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▲실에서는 미사용 설비에 대해 미사용 설비 표지를 부착하여 보관하고 있으나 타 설비와 동일한 장소(장비실)에 보관하고 있으며, 미사용 설비를 보관하는 잠금장치가 있는 보관함 등이 별도로 구획되어 있지 않았다.

또한, 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 관리 규칙」에서는 미사용 설비는 타 설비와 구분하여 관리하도록 규정하고 있으나 ▲실의 미사용 설비 중 중량, 크기 등으로 인해 이동이 불가능한 설비가 있으며, 이러한 설비는 타 설비와 별도로 구분하여 관리하기 어려운 상황임에도 타 설비와 구분하여 관리하도록 규정하고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

그 결과 미사용 장비와 사용 장비를 별도로 구획하여 구분하기 위한 취지(미사용 장비를 인증심사자가 사용하지 않도록 하기 위한 조치)와 다르게 관리되고 있다.

관계부서 의견 ▲실은 이동이 가능한 미사용 설비는 타 설비와 구분하여 관리할 수 있도록 별도의 공간을 구획하겠다는 의견을 제시하였으며, 중량 및 크기 등으로 이동이 불가능한 설비는 타 설비와 구분하기 어려움에 따라 규칙을 소관하고 있는 ○실에 요청하여 규칙을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲실장은

① 이동이 가능한 미사용 설비는 타 설비와 구분하여 관리되도록 조치 하시기 바라고,

[주의(부서)]

② 유사사태가 발생하지 않도록 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

○실장 및 ▲실장은 이동이 불가능한 미사용 설비에 대한 적정한 보관방안을 상호 협의하여 확정하고 규칙에 반영하시기 바랍니다.(개선)