

1. 업무개요

공단은 「대기환경보전법」 제3조(상시 측정 등) 및 「대기환경보전법 시행령」 제63조(권한의 위임)에 따라 전국적인 대기오염을 상시 측정하기 위한 대기환경 측정망의 설치 및 운영·관리업무를 수행하고 있다.

광주전남제주환경본부(○○○○○처 △△△△△부, 이하 “△△△△△부”라 함)는 ----도, ---도, ----시 등 총 00개의 대기환경측정망을 관할하고 있으며, 이 중 도시지역, 주요 산업단지 등에서 특정유해대기물질¹⁾ 측정을 위한 유해대기물질 측정망 00개를 운영·관리하고 있다.

[표 1] 대기환경측정망 운영 현황(0000년 00월말 기준, 단위: 개소)

구분	합계	교외 대기	국가배경		항만	유해 대기	산성 강하물	광화학	지구 대기	PM-2.5 성분
			도서	선박						
공단(전체)	000	00	00	00	00	00	00	00	0	00
광주전남제주 환경본부	00	0	0	00	0	00	0	0	-	0

2. 관련규정 및 판단기준

「대기환경측정망 설치·운영지침(--부·-----원, 0000.00.)」 제2장(대기환경측정망의 설치 및 운영) “2-6. 유해대기물질측정망”에서 유해대기물질측정망의 자동

1) 특정유해대기물질: VOCs(휘발성유기화합물) 00종, PAHs(다환방향족탄화수소) 00종

측정장비가 20일 이상 가동 중지 될 것으로 예상되는 경우 수동으로 전환하여 측정자료를 확보하도록 정하고 있고, 유해대기물질측정망의 측정항목별 측정주기는 [표 2]와 같다.

[표 2] 유해대기물질측정망의 측정항목별 측정주기

측정항목		채취시간	측정주기	
			0000년 00월~00월	0000년 00월~
VOCs	(자동측정)	연속	1시간, 2시간	1시간, 2시간
	(수동측정)	24시간	월 2회	주 1회
PAHs	(수동측정)	24시간	월 2회	주 1회

따라서 △△△△△부는 유해대기물질측정망의 자동측정장비(VOCs)에 장애가 발생하여 정상이동하지 못하게 된 때에는 20일 이내 수리 등을 통한 정상이동이 가능한지를 파악하여야 하고, 20일이 되어서도 정상이동을 할 수 없는 경우 즉시 수동측정으로 전환하여 측정자료를 확보할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우, 「대기환경측정망 설치·운영지침」에 따라 가동 중지가 된 날로부터 최대 35일(0000.00.00.부터 최대 00일)²⁾ 이내 수동측정을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사의 대상기간(0000.00.00.~0000.00.00.) 중 △△△△△부에서 관할하는 유해대기물질측정망의 가동 중지 현황을 점검한 결과, 가동 중지가 발생한

2) 35일(27일) 기준: 가동 중지 20일이 되는 시점에 수동측정으로 전환되어야 할 것이고, 수동측정 주기는 월 2회(0000.00.00.부터 주 1회)이므로 전환일로부터 15일(0000.00.00.부터 7일) 이내 최초 수동측정을 실시하여야 함

00건 중 가동 중지일로부터 35일(0000년 00월~00월) 또는 27일(0000년 00월 이후)을 초과하여 최초 수동측정을 실시한 건은 3건(전체 00건의 00.0%)으로 확인되었고, 그 세부내역은 [표 3]과 같다.

[표 3] 유해대기물질측정망(VOCs) 가동 중지에 따른 수동측정 현황

연번	측정망명	가동 중지기간			최초 수동 측정일 (C)	수동측정까지 소요일수		비고 (초과 사유)
		장애발생일 (A)	복구일 (B)	중지기간 (B-A)		소요일수 (D=C-A)	35일/27일 초과 여부	
1	---	'00.00.00.	'00.00.00.	00	'22.08.24.	00	-	
2	----	'00.00.00.	'00.00.00.	00	-	-	-	
3	---	'00.00.00.	'00.00.00.	00	-	-	-	
4	---	'00.00.00.	'00.00.00.	0	-	-	-	
5	---	'00.00.00.	'00.00.00.	0	-	-	-	
6	---	'00.00.00.	'00.00.00.	00	-	-	-	
7	----	'00.00.00.	'00.00.00.	00	-	-	-	
8	----	'00.00.00.	'00.00.00.	00	-	-	-	
9	----	'00.00.00.	'00.00.00.	00	-	-	-	
10	----	'00.00.00.	'00.00.00.	00	-	-	-	
11	----	'00.00.00.	'00.00.00.	00	-	-	-	
12	----	'00.00.00.	'00.00.00.	151	'00.00.00.	50	초과	측정기기 고장, 업체 수리 지연
13	----	'00.00.00.	'00.00.00.	70	'00.00.00.	36	초과	"
14	----	'00.00.00.	'00.00.00.	56	'00.00.00.	55	초과	"
15	----	'00.00.00.	'00.00.00.	000	'00.00.00.	00	-	
16	----	'00.00.00.	'00.00.00.	00	'00.00.00.	00	-	
17	----	'00.00.00.	'00.00.00.	00	'00.00.00.	00	-	
18	---	'00.00.00.	'00.00.00.	000	'00.00.00.	00	-	

유해대기물질측정망의 가동 중지는 주로 측정기기 이상(부품 고장 또는 소모품 교체시기 도래)에 따른 것으로, △△△△△부에서는 해당 부품·소모품을 보유한 경우 자체 수리를 진행하고, 미보유한 경우는 측정기기 업체를 통하여 측정기기 수리를 진행하고 있다. [표 3]에서 최초 수동측정이 지연된 3건의 경우, 자체 부품·소모품을 보유하지 않아 측정기기 업체를 통하여 측정기기의 수리를 진행하였으나, 해당업체의 부품·소모품 확보에 소요된 기간이 예상보다 지연됨에 따라 발생한 것으로 확인되었다.

이와 같이 해당업체의 조치기간이 지연되거나 지연이 예상되는 경우, △△△△△부는 가동 중지 20일이 되는 시점에 즉시 수동측정으로 전환하여 자료를 확보하였어야 했다.

4. 관련자(부서) 의견

앞으로 「대기환경측정망 설치·운영지침」을 준수하도록 자체 교육 및 주기적인 모니터링을 실시하여 동일 사례가 발생하지 않도록 관리하겠습니다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 가동 중지된 유해대기물질측정망에 대하여 수동측정 전환을 미흡하게 한 광주전남제주환경본부 ○○○○○처 △△△△△부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】