

1. 업무개요

수도권동부환경본부(◆◆◆◆◆◆◆◆처 -----부, 이하 “-----부”라 한다)는 환경정보장제도 및 생산자책임재활용제도의 현장 조사(평균중량조사, 혼입비율조사 등)와 고형연료제품 품질검사를 수행하기 위한 측정장비를 공단 자산으로 보유하고 있다.

그리고, 포장폐기물 발생 억제를 위한 과대 포장검사 업무를 수행하기 위해 별도로 마련된 실험실에서 검사시료를 접수받아 공단 자산으로 보유하고 있는 측정장비로 포장재질·포장공간비율 등을 확인하여 검사성적서를 발급하고 있다.

[표 1] 수도권동부환경본부 -----부에서 보유한 측정장비 현황(00개, '00년 0월기준)

환경정보장제도(0개)	생산자책임재활용제도(0개)	고형연료제품 품질검사(0개)	과대 포장검사(00개)
전자저울 0개	전자저울 0개	전자저울 0개, 캘리퍼 0개	디지털 온습도계 0개, 전자저울 0개, 곤은자(00cm) 0개, 곤은자(00cm) 0개, 캘리퍼(00cm) 0개, 캘리퍼(00cm) 0개, 캘리퍼(00cm) 0개, 유리 메스실린더 0개

2. 관련규정 및 판단기준

「국가표준기본법」 제14조(국가교정제도의 확립)에 따르면, “측정기기 간의 소급성을 높이기 위하여 국가교정제도를 확립하여야 한다”고 규정하고 있으며,

「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」(국가기술표준원고시 제0000-0호, 이하 “지침”이라 한다) 제4조(교정대상) 및 제5조(교정주기)에 따르면, “별표 1에 따른 교정대상 측정장비를 주요 대상으로 하는데, 제품시험 또는 검사의 합부 판정에 사용하는 장비, 법정계량(법적 증거 제출 등)에 사용되는 장비는 반드시 교정대상이 되어야 하고, 교정주기는 별표 1에 규정된 주기(개월)을 준용한다”고 되어있다.

[표 2] 지침 별표 1에 명시되어 있는 측정장비 교정주기

대분류	중분류	분류번호	소분류	정밀계기(개월)
길이 및 관련량	형상	10413	곧은자 (Straight rules)	24
	기타 길이 관련량	10601	내/외측 캘리퍼 (Inside/outside calipers)	12
질량 및 관련량	질량	20109	전기식 지시저울 (Electric balances)	12
	부피	20601	유리제 부피계; 타 재질 포함 (Volumetric glassware)	36
온도 및 습도	습도	50304	온·습도 기록계 (Temperature humidity recorders)	12

그리고, 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제9조(포장폐기물의 발생억제) 제3항 및 「포장재질 및 포장방법 검사시료 관리 매뉴얼」('00.0월, ○○○○○부) 제3조(검사 시료의 접수 및 보관), 제4조(검사 시료의 처리), 제5조(검사 시료 관리 보고)에 따르면, “전문기관 중 ○○○○(이하 “○○”이라 한다)이 지정되어있고, 제조자 등에게 수령한 제품에 대해 포장재질 및 포장방법에 대한 검사성적서를 발급한다. 검사 시료는 변질, 훼손, 파손되지 않도록 시료의 특성에 적합한 장소에 구분해 보관하고, 검사 완료된 시료를 반환·미반환으로 구분하되 미반환 시료의 경우 대상 시료의 특성에 따라 보관 후 자체 계획을 수립하여 폐기한다. 검사시료는 포장검사시스템으로 입력하고 반기별로 소속 부서장에게 보고한다”고 되어있다.

따라서, -----부에서는 현장조사결과 및 검사 적합여부의 소급성을 위해 측정장비에 대한 교정검사를 실시하여 자산을 관리하여야 하며, 포장폐기물의 억제를 위한 검사 시료를 적정하게 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, -----부는 공단 자산으로 보유하고 있는 측정장비 00개 중, 포장검사실에서 사용하는 측정장비 00개에 대해 관리가 미흡한 사실을 확인하였다.

00개는 정해진 교정주기보다 늦게 수행되었는데 그 중 0개에는 교정필증이

미부착 상태이거나, 0개는 교정성적서 내에 장비번호 오타가 존재하였고, 0개는 아직 교정검사가 수행되지 않은 장비가 있었다.

-----부는 교정받은 장비로만 검사를 수행하고 있으나, 예비용으로 보유하고 있는 다른 측정장비들의 소급성 관리를 위해 신속히 교정검사가 필요하다.

또한, 포장검사실에는 과대 포장검사를 위한 시료를 수령하여 검사를 수행하고, 검사 완료 시료 중 미반납 대상을 시료의 특성에 따라, 냉장고 혹은 수납선반에 보관하고 있었다.

그에 따라, 관리현황을 확인해 본 결과, 관리대장에서는 폐기로 작성하였음에도 부서장에게 문서로 계획 및 결과를 보고한 사항은 부재하였고, 이를 지속 보관하고 있었기 때문에, 폐기대상으로 확정 시 현장에서 즉각 조치가 필요하다.

[그림 1] 포장검사실 시료 보관 현황

<생략>		
냉장고 보관 중 부패 (과일포장관련)	냉장고 보관 중 부패 (육류포장관련)	철제선반 보관 중 내용물 일부 부재

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(◀◀◀◀처장)는 측정장비 교정검사 및 포장검사 시료 관리를 미흡하게 한 수도권동부환경본부 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆처 -----부에 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

② 수도권동부환경본부장(◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆처장)은 측정장비에 대해 교정필증 부착 및 성적서의 오타수정, 미수행 측정장비의 교정검사를 수행하시고, 미반환 검사 완료 시료를 폐기하시기 바랍니다. 【시정(기타)】