

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□국립공원 (□□□□국립공원)	처분 요구일자	2019.8.19.	회신기일	2019.9.18.

□□□□국립공원사무소
(행정상 통보, 행정상 시정)

제 목 자동심장충격기 관리카드 작성 소홀

관 계 기 관 □□□□국립공원사무소

내 용

1. 현 황

- 공단 「국립공원 재난관리 장비 보유기준 및 운영지침」 제7조(운용관리)에 의거 구조장비는 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 하며, 별표6에 따라 관리책임자 지정 및 관리카드를 작성하며 관리하여야 하며, 모든장비는 구입 경과년수, 사용년수, 노후정도에 대한 수시점검을 실시한 후 사용하며, 사용이 불가능한 장비는 우선적으로 교체하여야 한다. 단, 자동심장충격기(AED)의 경우 제품별 보증기간을 내용연수로 준용함

2. 지적내용

- □□□□국립공원사무소 ▷▷분소에 설치·운영 중인 자동심장충격기의 경우 구조장비 관리카드를 작성하여야 하며 사용연수 등에 대한 수시점검을 실시하여야 함에도 ' 19.8.7., 현재 전극패드 및 배터리의 사용 연한(제품 보증기간)이 관리카드에 기재되어 있는 사항과 서로 상이하게 관리하고 있음
- □□□□국립공원 ▷▷분소내 자동심장충격기 관리카드 기재 현황

관리번호	설치위치	부속품	사용연한 현황		비고
			관리카드 기재 현황	제품 보증기간	
□□□□-3	▷▷분소	전극패드	2021-04-05	2023-08-01	불일치
		배터리	2021-11	2023-08-01	불일치

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【□□□□국립공원사무소】

- 공단 「국립공원 재난관리 장비 보유기준 및 운영지침」 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책을 마련

○ 행정상 시정(단기조치: 1개월 이내) 【□□□□국립공원사무소】

- 자동심장충격기 관리카드의 기재사항을 현행화