

일련번호	▲▲▲-08
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 ▲▲▲국립공원사무소에 대한 공직기강감찰 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 4. 18.

국립공원관리공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소속	시행년도	처분종류	금액	인원
▲▲▲	2019	현지조치	-	-

제 목 : 자동심장충격기(AED) 관리카드 작성 소홀

(현 황)

○ 사용내역 및 배터리·패드 교체내역 미작성 현황

사무소	설치위치	관리번호	모델명	제조일자	교체정보		미작성
					배터리 (내용연수)	패드 (내용연수)	
▲▲▲	본소(현관)	▲▲-03	G5A-19PO	2015.3.	4년	2년	배터리 1회 패드 1회
▲▲▲	본소(순찰장비보관함)	▲▲-04	FRED_easyport	2015.3.	4년	2년	배터리 0회 패드 1회

○ 공단 「응급처치·구조장비 보유기준 및 운용지침」에 따르면 AED의 설치위치, 모델명, 제조일자, 관리책임자, 전극패드 등 부속물의 교체, 사용이력 등이 기록된 관리카드의 작성 및 보관을 하도록 함

○ 안전대책부-338호(2017.03.15.) 「자동심장충격기(AED) 등 응급처치 및 구조장비 운영을 철저」에 따르면 AED 사용이력 및 소모품 교체 등의 관리에 만전을 기하도록 지시하였음.

(위법부당내용)

○ 2015.3. 구입한 본소 자동심장충격기(AED) 2대의 부속물(배터리 및 패드)의 교체이력을 관리카드에 미 작성함

(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【▲▲▲국립공원사무소】

- 자동심장충격기(AED) 교체이력을 관리카드에 작성하여 관리