

감사결과 처분서

통보

- 제 목 : 진단용 방사선 발생장치 관리에 관한 사항
- 내 용 :

「의료법」 제37조(진단용 방사선 발생장치) 제2항에 따르면 의료기관 개설자나 관리자는 진단용 방사선 발생장치를 설치한 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 안전관리책임자를 선임하고, 정기적으로 검사와 측정을 받아야 하며, 방사선 관계 종사자에 대한 피폭관리를 하여야 한다.

「의료법 시행령」 제45조(과태료의 부과기준)에 따르면 방사선 관계 종사자의 피폭선량 측정에 영향을 미치는 피폭선량계를 분실하는 등 2회 이상 적정하게 관리하지 않은 경우에는 관할 보건소로부터 과태료(1차 위반 50만원, 2차 위반 75만원, 3차 위반 100만원)가 부과된다.

「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제10조(진단용 방사선의 안전관리책임자) 제1항 및 제12조(의료기관의 개설자 또는 관리자의 준수 사항) 제4호에 따르면 의료기관의 개설자(병원장)는 진단용 방사선 발생장치의 안전관리와 적정한 사용을 위하여 진단용 방사선 안전관리책임자를 임명하고, 방사선 관계 종사자가 진단용 방사선 발생장치의 운영 등 방사선피폭 우려가 있는 업무를 할 때에는 피폭선량계를 착용하게 해야 한다.

이에 따라 본원은 영상의학과 의료기술실장을 진단용 방사선 안전

관리책임자로 임명하였으며, 진단용 방사선 안전관리책임자는 본원 방사선 관계 종사자의 피폭관리 등 안전을 유지하기 위해 방사선피폭 우려가 있는 업무를 할 때에는 피폭선량계를 착용하게 해야 하고 분실 여부 등을 점검·관리해야 한다.

그러나 최근 약 5년간 본원 방사선 관계 종사자의 피폭선량계 관리 내역을 살펴본 결과 분실 5회·서원보건소 의료지도원 현지조치 1회 이상 총 6회 관리 부적정 내역이 확인되었으며, 「의료법 시행령」 제45조(과태료의 부과기준)를 2차례 위반함에 따라 1차 위반 과태료 40만원(10만원 감경적용)·2차 위반 60만원(15만원 감경적용)을 부과 받은 사실이 있다.

○ 조치할 사항 충북대학교병원장은

향후 「의료법」 등 진단용 방사선 발생장치 관련 법령 위반 사례가 발생하지 않도록, 방사선 관계 종사자의 피폭선량계 착용 및 분실 여부 등을 적절하게 관리해 주시기 바랍니다.(통보)